

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Тиршива 10, Београд

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке , набавка добара – „Санитетски и медицински потрошни материјал, по партијама“, број набавке В-28/2014, објављен на порталу Управе за јавне набавке дана 29.12.2014. године, на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs и у Службеном гласнику Републике Србије. У складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2013) и одредбама Конкурсне документације достављамо вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊА:

1. „Да ли у партији број 20 – Сензори за пулсну оксиметрију за монитор Siemens i Drager, под термином „OXISENSOR” подразумевате сензор са OXI MAX технологијом, компатибилан за одговарајуће мониторе и тражену килажу?“
2. Уколико подразумевате сензор са таквом технологијом, да ли је могуће поменути технологију доказати сертификатом или изјавом произвођача?

ОДГОВОРИ:

1. Да, Сензори за пулсну оксиметрију за монитор Siemens i Drager треба да буду са **OXI MAX технологијом.**
2. OXI MAX технологија се доказује овереним произвођачким сертификатом или сертификатом овлашћеног регистрационог тела из којег се на несумљив начин може утврдити да су сензори које понуђач нуди OXI MAX технологије.

Одговор ће бити објављен на Порталу Управе за јавне набавке, portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца www.vet.tirsova.rs и сва заинтересована лица га могу преузети електронским путем.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ