



УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Београд, Тиршова 10
Телефон: 011/ 20 60 791, Факс: 011/ 26 84 672
e:mail klinika@udk.bg.ac.rs

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне набавке мале вредности, набавка добара – заштитна опрема за рендген за потребе службе Радиологије Универзитетске дечје клинике, ЈН број М-09/2015, објављену на Порталу јавних набавки 28.04.2015. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ БР. 2

„Поштована,

Молимо вас да нам појасните поједине делове конкурсне документације ЈН М-09/2015:

Страна 4, страна 12 и страна 20 – РОК ИСПОРУКЕ

Захтева се рок испоруке до 10 дана.

У поступцима ЈН сличних добара – заштитне опреме за рендген које су објављиване у току 2014 и 2015 године за потребе разних центара у Србији понуђени рокови испоруке од понуђача су бивали углавном 45-60 дана. Како се нека од тражених добара предметне набавке не производе у великим количинама због својих специфичности (дечијих димензија) већ се праве на захтев мислимо да наручилац захтева нерeалан рок испоруке.

Страна 20 – Рок трајања

Какву вредност треба унети на линију с обзиром да су предмет набавке добра која су вишекратна, тј ради се о једној врсти опреме која нема дефинисан рок трајања?

Постоји можда минимални рок трајања, тј. гарантни рок који произвођачи дају.

Страна 33 – техничка спецификација, ставка 10

Наручилац је поред описа евидентно ставио и шифру/модел одређеног производа. Како ЗЈН прописује једнакост понуђача у спецификацији би требала да постоји могућност другим понуђачима да понуде еквивалентно добро.

Произвођач чија смо добра у могућности да понудимо има у понуди спецификацијом описано добро али има своју шифру/модел која се наравно разликује од наведене. Да ли нам можете рећи ко је произвођач траженог производа са наведеном шифром како би пробали да набавимо исти.

Страна 33 – техничка спецификација, ставка 12

Да ли се дозвољава одступање од захтеваних димензија: висине, ширине и могућности подешавања висине у неком опсегу?

Да ли је могуће дефинисати тражене димензије висине, ширине и подешавања висине у опсегу од/до – минималне/максималне у складу са потребом наручиоца?

Да ли се ради о мобилном челичном паравану или паравану од заштитног стакла?

ОДГОВОР

Поштовани/а,

Страна 4, страна 12 и страна 20 – РОК ИСПОРУКЕ

Одговор на ово питање већ је дат кроз Одговор на питање бр. 1.

Рок испоруке биће продужен на 50 (педесет) дана од дана пријема захтева за испоруку од стране Наручиоца.

У наведеним деловима Конкурсна документација биће измењена а измене ће бити објављене на Порталу јавних набавки.

Страна 20 – Рок трајања

У овом делу Конкурсне документације дошло је до техничке грешке. Овај део биће избачен.

У наведеном делу Конкурсна документација биће измењена а измене ће бити објављене на Порталу јавних набавки.

Страна 33 – техничка спецификација, ставка 10

У ставци бр. 10 произвођач наведене опреме јесте „Mavig“, АW 424 је модел.

У овом делу уз наведену шифру/модел производа биће убачен назив произвођача и „или одговарајуће“.

Страна 33 – техничка спецификација, ставка 12

У ставци број 12. није могуће одступање од наведених димензија. Једино је могуће подешавање у висину од 125 до 172 цм, као што је у Конкурсној документацији и наведено.

Сам параван није ни челичан ни од заштитног стакла, већ од оловне гуме (еквивалент олова 0,5мм) пресвучене силиконском пресвлаком која је лака за одржавање.

У наведеном делу Конкурсна документација биће измењена а измене ће бити објављене на Порталу јавних набавки.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ