

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

Број: 017-42417

Датум: 25.04.2014.

Тиршива 10, Београд

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак набавке санитарског и медицинског потрошног материјала, обликовану по пратијама, бр. В-04/14, објављен на Порталу Управе за јавне набавке дана 03.04.2014. године, на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs и у „Службеном Гласнику РС“. У складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2013) и одредбама Конкурсне документације достављамо вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ:

„Молимо Вас да нам потврдите да ћете прихватити понуду за сензоре предвиђене у „Партији 28 – Сензор за пулсни оксиметар Nellcor“ који су компатибилни са траженим техничким карактеристикама и по каталогу нашег добављача су превиђени за пацијенте категорије инфант (1-15кг) и/или pediatric (15-40). Како сте захтевану карактеристику ограничили на 3-20 кг, овим путем напомињемо да би понуђено добро одговарало и већем опсегу од траженог, па чак и за пацијенте килаже мање од 3кг – којих ви као установа терцијаног нивоа и збрињавате.

Такође напомињемо да сви пацијент монитори и пулсни оксиметри морају користити једну од две технологије – Oxi-max или Non Oxi-max, те у складу са тим сензори од других добављача и произвођача који се налазе на иностраном и домаћем тржишту, а у Србији су регистровани од стране Агенције за лекове и медицинска средства, у потпуности одговарају и компатибилни су са траженим техничким карактеристикама као и свим пацијент мониторима и пулсним оксиметрима произвођача Nellcor (Covidien), као и са мониторима произвођача Siemens, Drager и сл.

Како у каталогу нашег добављача није експлицитно наведен модел апарата за који је сензор тражен – Nellcor NPB-40 – молимо Вас да потврдите да ћете прихватити понуду у оквиру које ће бити достављена изјава произвођача да понуђено добро у потпуности одговара траженим техничким карактеристикама и у оквиру које ће бити достављен узорак, како би се Наручилац уверио у истинитост тврдње Произвођача и Понуђача.

Молимо Вас да нам прецизирате да ли је у питању сензор Oxi-max или Non Oxi-max технологије.

Молимо Вас да се руководите у складу са члановима 9., 10., 12., 71. став 4, став 5 и 72. став 3., као и чланом 14. и у складу са чланом 63. одговорите на достављено питање.“

ОДГОВОР:

У вези става 1. Вашег питања, наручилац остаје у свему при техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације, односно захтевана карактеристика за партију 28 остаје 3-20 кг.

У вези ст.3. Вашег питања, наручилац не прихвата изјаву произвођача као доказ да понуђено добро у потпуности одговара траженим техничким карактеристикама, већ је уз узорак потребно доставити каталог и сертификат из којих се може утврдити да су сензори које нудите одговарајући за коришћење на Nellcor апарату.


Такође Вас обавештавамо вас да су сензори Oxi-max технологије.

Председник и чланови комисије за јавну набавку:


1. Доц др Сања Синђић-Антуновић



2. Мр др Ирена Вулићевић



2. Бранислав Бојковић, дипл.еци.



4. Бранка Чавић, дипл.правник

