



OSNOVANA 1924

Univerzitetaska dečja klinika

University Children's Hospital Belgrade

OIA-2755/4
23.10.2015.

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке добара – „Апарата за анестезију, број набавке В-34/2015, објављен на порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца www.tirsova.rs дана 05.10.2015. године. У складу са одредбом из чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2013, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације објављујемо одговоре на постављена питања на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет адреси Наручиоца и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

„Питање број 1:

Дана 16.10. променили сте минималне техничке карактеристике за ставку -фреквенција дисања-

Са оригиналне 3-80 1/мин на 4-100 1/мин.

Молимо вас да коригујете тражену карактеристику тако да гласи:
Фреквенција дисања од 4-80/мин или више.

Образложење: сви водећи светски произвођачи испуњавају тражену карактеристику, поготово треба узети у обзир да фреквенце преко 40/мин немају клиничку употребу.“

Одговор:

Прихвата се. Наручилац коригује тражену карактеристику тако да да фреквенција дисања износи од 4-80/мин или више

Питање и одговоре ће бити објављени на Порталу Управе за јавне набавке, portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца www.vet.tirsova.rs и сва заинтересована лица могу га преузети електронским путем.

У складу са одговором на постављено питање, Наручилац ће делимично изменити Прилог бр. 1 - **Минималне техничке карактеристике које мора да испуњава добро** и измене објавити на Порталу Управе за јавне набавке као и на интернет адреси Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Др. Милош Петковић, председник

Проф. др Душица Симић, члан

Др. Ирина Милојевић, заменик члана

Душан Давидовић, члан

Добрила Лукић, дипл.правник, члан

Бранислав Бојковић, дипл.еец, члан