



OSNOVANA 1924

Univerzitetaska dečja klinika *University Children's Hospital Belgrade*

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне добара – ЦТ ињектора за потребе Универзитетске дечје клинике, у отвореном поступку, ЈН број В-43/2015, објављену на Порталу јавних набавки 15.12.2015. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне, објављујемо одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ:

„На страни 4. Конкурсне документације, део: “Минималне техничке карактеристике које мора да поседује ЦТ Ињектор“ наведене су техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује.

За наведене техничке карактеристике: „КВО функција – омогућава да вена пацијената буде отворена, у размери од 3 мл/мин, 1 мл сваких 20 sec“ и „Проток контраста у распону од 0,2 до 8 мл/сек или више“, констатујемо да су неопходне су за рад ињектора, али подвлачимо да није неопходно навођење параметара, јер навођењем параметара, понуђачи се стављају у неједнак положај.

Затим, опште је познато да ињекторе са наведеним карактеристикама: “Минимум два сигурносна сензора за ваздух, који спречавају да дође до емболије и тиме обезбеђују сигурност приликом убризгавања контраста и физиолошког раствора“ и „Могућност коришћења додатних апликација за софтвере, као што су: last patient, stop watch, same patient i test bolus“, производи одређени произвођач ињектора који је у односу на остале понуђаче фаворизован чиме су остали понуђачи стављени у неравноправан положај. С обзиром на наведено, може се закључити да није поштовано начело једнакости понуђача и није обезбеђен једнак положај за све понуђаче што је Наручилац био дужан да обезбеди у складу са чланом 12. Закона о јавним набавкама. Такође није омогућена ни већа конкуренција у складу са чланом 10. Закона о јавним набавкама, због чега су онемогућени да учествују остали понуђачи.

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се за КВО функцију и Проток контраста не наводе параметри, као и да се измени део у техничким карактеристикама који се односе на сигурносна сензоре за ваздух и могућност коришћења додатних апликација софтвера, а у циљу примене начела конкуренције и једнакости понуђача?“

ОДГОВОР:

Поштовани,

Како сте идентична питања поставили Наручиоцу дана 06.01.2016. године, овим путем вас обавештавамо да је наручилац на ова питања одговорио 08.01.2016. године и одговоре истог дана поставио на Портал јавних набавки и на своју интернет страницу, а све у складу са одрбом из члана 63. ст.3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ