



OSNOVANA 1924

Univerzitetaska dečja klinika *University Children's Hospital Belgrade*

017-3408/5
11. 01. 2016.

Поштовани,

Универзитетска деčја клиника у Београду спроводи поступак јавне добара – модуларни мониторинг за праћење пацијената за потребе одељења анестезиологије са реаниматологијом Универзитетске деčје клинике, у отвореном поступку, ЈН број В-42/2015, објављену на Порталу јавних набавки 14.12.2015. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 4

Поштовани/а,

овим путем Вам достављамо питање у вези јавне набавке са бројем В-42/2015 – Модуларни мониторинг за праћење пацијената за потребе одељења анестезиологије са реаниматологијом Универзитетске деčје клинике.

Као заинтересовани понуђачи у предметној набавци и ексклузивни заступници реномираних светских произвођача предметне опреме молимо Вас да нас обавестите да ли ћете прихватити модел уређаја који се разликује од захтеваних спецификација, односно не поседује модул за мерење анестетичких гасова и дубине анестезије. Модел апарата који бисмо бам понудили у предметној набавци поседује све остале тражене карактеристике.

Желели бисмо да напоменемо да се поменути модел апарата већ налази на нашем тржишту и молимо Вас да прихватите наше сугестије како би се обезбедила већа конкурентност и могућност да добијете више одговарајућих и прихватљивих понуда с обзиром да горе наведене ставке никако не умањују квалитет апарата и његове намене.


ОДГОВОР:


Поштовани,


Наручилац остаје при свему што је дефинисао као захтев у техничкој спецификацији која је саставни део Конкурсне документације за предметни поступак јавне набавке.

Модуларни мониторинг за праћење пацијената намењен је за рад у ОП сали и стога су параметри од којих тражите да одустанемо, односно модул за мерење анестетичких гасова и дубине анестезије, стандардни и неопходни, те још једном наглашавамо да остајемо при свему што смо дефинисали у техничкој спецификацији.


Др. Милош Петковић,
председник комисије за јавну набавку


Љиљана Томић,
члан комисије за јавну набавку


Јелена Луковић,
члан комисије за јавну набавку


Бранислав Бојковић,
члан комисије за јавну набавку