



OSNOVANA 1924

Univerzitetaska dečja klinika

University Children's Hospital Belgrade

017-251/8
04. 03. 2016.

Поштовани,

Универзитетска деčја клиника у Београду спроводи поступак јавне добара – санитарски и медицински материјал за потребе Универзитетске деčје клинике, у отвореном поступку, ЈН број В-01/2016, објављену на Порталу јавних набавки 08.02.2016. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 6

Поштовани,


Молим за појашњење конкурсне документације за јавну набавку санитарског и медицинског материјала, број набавке В-01/2016, по следећим питањима:

1. Да ли је за Наручиоца прихватљиво да за партију 10 – Introducer sheath, доставимо понуду за Introducer sheath, на дијаметрима 4F, 5F, 6F, дужине 7cm, са жицом водичем 0,018 инча, J тип?

ОДГОВОР:

Поштовани,

као што смо нагласили у нашем одговору на постављено питање објављеном на Порталу јавних набавки 19.02.2016. године и на нашој интернет страници, дужина жице од 5,5cm до 7,5cm за све величине френча је одговарајућа. Сходно томе и дужина жице од 7cm је одговарајућа обзиром на то да је у том распону. Међутим, водич жице 0,018 није прихватљив те стога остајемо при свему што смо дефинисали у Конкурсној документацији, односно да водич жице мора бити 0,021 J тип. Наиме, жица 0,018 нам не одговара јер је преслаба, деформише се и даје лошу потпору пласирању уводника што може да узрокује цепање крвног суда. Дакле, остајемо при свему што смо дефинисали у предметном поступку јавне набавке за партију бр. 10.


Члан комисије за јавну набавку
Проф. др. Милан Ђукић