

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке добара – покретни аспиратор и пацијент монитор за потребе Универзитетске дечје клинике, ЈН број В-16/2017, објављену на Порталу јавних набавки 06.04.2017. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 3

Поштовани,

Да ли за испуњење техничких карактеристика за учешће у поступку јавне набавке бр. В-16/2017, у техничком опису пацијент монитора за партију бр. 2, мора да постоји модул за инванзивно мерење крвног притиска или само могућност а конекцију?

ОДГОВОР:

Поштовани,

као што је у спецификацији за партију бр. 2 (пацијент монитор) и дефинисано монитор мора да поседује „могућност инванзивног мерења крвног притиска“ и то је минимална техничка карактеристика монитора довољна да би понуда у том делу била оцењена као одговарајућа. Дакле, није неопходно да монитор већ поседује модул за инванзивно мерење крвног притиска али уколико га поседује, понуда ће у том делу бити оцењена као прихватљива с обзиром на то да би се у том случају радило о напреднијој техничкој варијанти.



Проф. Др Драгана Јанић
Заменик председника комисије за јавну набавку