

Поштовани,

Универзитетска децја клиника у Београду спроводи поступак јавне набавке добара – **Потрошни материјал за општу хирургију и анестезију и санитарски потрошни материјал за потребе Универзитетске децје клинике** у отвореном поступку јавне набавке ЈН број В-182017, објављену на Порталу јавних набавки 20.04.2017. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговор на питање и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 1

Поштовани,

У складу са чл. 63. ст. 2 Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“. Бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015) обраћамо Вам се као потенцијални понуђач у јавној набавци добара у отвореном поступку бр. В-18/2017 са следећим питањем:

Молимо наручиоца да за партију бр. 7 „Катетер централни венски дволуменски за хемодијализу, привремени, величине 6,5 -12 френча прецизира величину лумена катетера као и да им додели припајуће количине.

Оваквим описом техничких захтева за партију бр.7, наручилац ће обезбедити набавку тачно одређених потребних ширина катетера у складу са потрошњом из претходних година, а самим тим и задовољиће своје објективне потребе за васкуларним приступом централне вене од најмањих педијатријских пацијената до веће деце.

У случају да понуђачи да понуђачи дају понуду за партију описану као опсег ширина, постоје само два могућа сценарија, или ће понуђачи дати, а наручилац прихвати само једну величину катетера, нпр. Од 12Ф или 6,5Ф, а потом наручилац неће моћи да задовољи индикацију пласирања катетера код мањих пацијената, тј већих педијатријских пацијената. Или са друге стране, ни један понуђач не може понудити одговарајућу понуду јер не може понудити катетере свих ширина из опсега од од 6,5 до 12ф (нпр.катетере 6,6ф, 6,7ф, 6,8ф и тако даље до 12ф) јер се они праве само у неколико одређених ширина у датом опсегу.

ОДГОВОР:

Претпостављамо да се ради о партији 8 с обзиром да је партија 8 - Катетер централни венски дволуменски за хемодијализу, привремени, величине 6,5 -12 френча

Наручилац је приликом израде конкурсне документације, односно техничке спецификације водио рачуна о својим потребама, али и о томе да обезбеди конкуренцију у складу са чланом 10. ЗЈН, те на тај начин и урадио техничку спецификацију. Наручилац приликом израде конкурсне документације није у могућности, а и нема обавезу да дефинише предметну набавку на начин који одговара сваком понуђачу понаособ.

С обзиром на наведено Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији односно техничкој спецификацији за предметну набавку.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

