

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке добара – потрошни материјал за потребе Службе за кардиохирургију Универзитетске дечје клинике, ЈН број В-48/2017, објављену на Порталу јавних набавки 22.09.2017. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 4

Везано за јавну набавку В-48/2017 – Потрошни материјал за потребе Службе за кардиохирургију Универзитетске дечје клинике

Партија 13 – Да ли ће се понуда сматрати одговарајућом уколико понудимо венску канилу са металним врхом под правим углом за све ставке, а у свему осталом према захтеву наручиоца?

Партија 22 – Да ли ће се понуда сматрати одговарајућом уколико понудимо педијатријску сртеријску канилу, а са одступањем у дужини ± 5 цм за све ставке у оквиру партије, а у свему осталом према захтеву наручиоца?

Партија 23 – Да ли ће се понуда сматрати одговарајућом уколико понудимо антероградне перфузионе каниле са одступањем у дужини ± 5 цм за све ставке у оквиру партије, а у свему осталом према захтеву наручиоца?

ОДГОВОР:

Поштовани,

одговоре на постављена питања даћемо Вам таксативно, редом којим сте их и поставили:

Партија 13 – Понуда венске каниле са металним врхом под правим углом се може сматрати као одговарајућа под условом да иста одговара спецификацији без одступања

Партија 22 – Наведено одступање у дужини педијатријске артеријске каниле се не може узети као прихватљиво, с обзиром на то да се већина кардиохируршких интервенција изводе са минуциозним инструментима и опремом те би наведено одступање од ± 5 цм значајно отежало већину неонаталних операција из једноставног разлога а то је чињеница да је величина неонаталног срца износи око 5 цм

Партија 23 – Наведено одступање у дужини антероградне перфузионе каниле се не може узети као прихватљиво, с обзиром да се већина кардиохируршких интервенција изводе са минуциозним инструментима и опремом те би наведено одступање од ± 5 цм значајно отежало већину неонаталних операција из једноставног разлога а то је чињеница да је величина неонаталног срца износи око 5цм.



Марко Пајић
Члан комисије за јавну набавку