

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне набавке добара – „Потрошни материјал за потребе службе кардиологије Универзитетске дечје клинике“ у отвореном поступку јавне набавке ЈН број В-52/2017, објављену на Порталу јавних набавки 27.09.2017. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговор на питање и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊА БР. 1

Поштовани

Молим Вас за додатно појашњење, у вези учествовања на вашем тендеру, за ЈН В-52/2017 потрошни материјал за потребе службе кардиологије Универзитетске дечје клинике.

- за партију 2 introducer sheath 11 cm long: Да ли је прихватљиво да понудимо introducer 4fr, 5fr, 6fr, 7fr, 8fr, 9fr, 10fr, 12fr и 14fr, са жицом 0,035 J врх?
- за партију 4 (diagnostic guidewires): Да ли је прихватљиво да понудимо дијагностичке жице тражених карактеристика, величина: 0,018; 0,021 и 0,035?
- за партију 8 (Hydrophilic Guide Wire): Да ли је прихватљиво да понудимо жице тражених карактеристика величина: 0,018; 0,025 и 0,035?
- за партију 30 - Low pressure balon kateteri за balon: да ли је прихватљиво да понудимо балон катетере димензије од 6mm-10mm на 20mm, 12mm на 20-30mm, 14mm на 40mm, 15mm на 40mm, 16mm на 25mm, 16mm на 40mm, 18mm и 20mm на 40mm, 23mm на 45mm, 23mm на 60mm, 25mm на 50mm, 28mm на 50mm тражених карактеристика?

ОДГОВОР:

За партију 2 - Прихватљиво је да introducer sheath-ови дужине 11 cm са J žicom 0,035 in понуде у величинама 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, 9 Fr, 10 Fr, 12 Fr, I 14 Fr а, да се из понуде избаци величине 11 Fr I 13 Fr

За партију 4 - Прихватљиво је да понудите дијагностичке жице величине 0,018, 0,021 I 0,035 in., а да се из понуде избаци жице дијаметра 0,025 in

За партију 8 – За партију 8 не можемо прихватити измену у делу спецификације према вашим захтевима, с обзиром на потребе Наручиоца, те остајемо за наведену партију при захтеваном.

За партију 30 - Поједине ставке за low пресуре балон дилатационе катетере које сте нам понудили су прихватљиве, али су поједине потпуно неприхватљиве као што је на пример балон промера 23 мм дужине 60 мм јер немамо потребу за коришћењем тако дугих балона код деце.

Овај одговор ће бити објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, као и Измена конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

