

Поштовани,

Универзитетска децја клиника у Београду спроводи поступак јавне набавке добара – „Потрошни материјал за потребе службе кардиологије Универзитетске децје клинике“ у отвореном поступку јавне набавке ЈН број В-70/2017, објављену на Порталу јавних набавки 20.12.2017. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговор на питање и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊА БР. 1

Поштована ,

Молим Вас за појашњење конкурсне документације бр. В-70/2017 за набавку добара-потрошни материјал за потребе службе кардиологије Универзитетске децје клинике.

Да ли ће за партију број 1 бити прихватљива понуда multipurpose katetera дужине 100cm, od 4,5 i 6 Fr, са атрауматским врхом, са double braided ојачањем, са два бочна отвора и min pressure 750-1000 PSI?

ОДГОВОР: 1

Прихвата се понуда multipurpose katetera дужине 100cm, od 4,5 i 6 Fr, са атрауматским врхом, са double braided ојачањем, са два бочна отвора и min pressure 750-1000 PSI

ПИТАЊЕ 2

Za partiju 15 - Low pressure balon kateteri za balon- valvulo plastiku dijametra 4-28 mm*

Da li je za naručioca prihvaljiv Balon kateteri za balon-valvulo plastiku niskog pritiska, dijametra:

-5,6,7,8,9,10 mm-20mm

-12mm-20/30mm

-14mm-25/40mm

-15mm-25/40mm

-16mm-25/40/45mm

-18mm-40mm

-20mm-40mm

-23mm-40/45/60mm

-25mm-50mm

-30mm-50mm

ОДГОВОР: 2

Прихвата се понуда- Balon kateteri za balon-valvulo plastiku niskog pritiska, наведених дијаметара

Овај одговор ће бити објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, а измењена конкурсна документације ће бити објављена у понедељак 25.12.2017. године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

