

Поштовани,

Универзитетска децја клиника у Београду спроводи поступак јавне набавке добара – **набавка пацијент монитора за потребе Универзитетске децје клинике**, у отвореном поступку јавне набавке ЈН број В-72/2017, објављену на Порталу јавних набавки 13.12.2017. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговор на питање и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 1

У складу са чланом 63. ЗЈН подносимо вам захтев за појашњење и измену конкурсне документације за јавну набавку бр.В-72/2017 - Набавка пацијент монитора за потребе Универзитетске децје клинике

1. Да ли прихватате понуду за монитор који детектује, алармира и меморише параметер у трајању од 96 сати?

Сматрамо да понуђени монитор, може задовољити захтев наручиоца.

ОДГОВОР 1:

Прихвата се сугестија да се понуди монитор који детектује, алармира и меморише параметер у трајању од 96 сати?

2. Да ли прихватате понуду за монитор који има тренд меморије од 1500 дешавања ?

Како различити произвођачи поседују различита решења за чување података, произвођач чији смо заступник нуди другачије решење од траженог, тј . тренд меморију од 1500 догађаја. Овим путем молимо Наручиоца да потврди да ће прихватити и уређаје са другачијим "фабричким дешавањима" , будући монитор чува податке о протеклих 1500 догађаја тако што почне да меморише нове податке преко најстаријих података . Наведена "фабричка дешавања се разликују од произвођача до произвођача, те наведени критеријум тренд 120 часова меморисање података, није у складу за Законом о јавним набавкама, тачније наручилац је повредио члан 10. Начело обезбедјивања конкуренције, и члан 12. Начело једнакости понудјача. Обавеза наручиоца је да обезбеди што је могуће већу конкуренцију у поступку јавне набавке, како би дошао до најповољније понуде. Начин на који је дефинисана конкурсна документација сузбија се конкуренција, а за такве радње наручиоца не постоји ни једно стручно образложења, нити објективна потреба.

ОДГОВОР 2

Наручилац у прилогу 1, техничкој спецификацији предметне набавке није навео број догађаја већ укупно трајање од 120 h.

Наиме наручилац не прихвата сугестију да се прихвати понуда монитор који има тренд меморије од 1500 дешавања јер се сами догађаји меморишу кроз детекцију и меморисање аритмије, али укупно трајање мењамо у 96h.

3. Да ли прихватате понуду за монитор који чија батерија обезбеђује 2 сата непрекидног рада ?

ОДГОВОРЗ:

Прихвата се понуду за монитор који чија батерија обезбеђује 2 сата непрекидног рада .

Одговор на постављена питања као и измена конкурсне документације, као и обавештење о продужењу рока, биће објављени на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца .

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

