



Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне набавке добара – „Потрошни материјал за потребе службе кардиологије Универзитетске дечје клинике“ у отвореном поступку јавне набавке ЈН број В-70/2017, објављену на Порталу јавних набавки 20.12.2017. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговор на питање и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊА БР. 1

Поштовани

Молимо вас за додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку В-70/2017 - потрошни материјал за потребе службе кардиологије Универзитетске дечје клинике, обликоване по партијама, и то:

* 1) За партију 1 - Multipurpose - Surface smoothness, Kink resistant, Good visualization under fluoroscopy, Enhanced handling and control, Softness for patient safety

Да ли је за наручиоца прихватљив *Multipurpose* min. 100 cm long , minpressure *1200 PSI*, Radiopaque atraumatic Tip, Wire Braided Body, 2 side holes?

ОДГОВОР: 1

Пихвата се за партију 1 да се понуди *Multipurpose* min. 100 cm long , minpressure *1200 PSI*, Radiopaque atraumatic Tip, Wire Braided Body, 2 side holes, што ће бити измењено у техничкој спецификацији предметне набавке.

ПИТАЊЕ 2

2) За партију 12- Mikrokateteri - Soft, Hydrophilic coating, Radiopaque markers, High torquability, Flexibility*

Da li je za naručioca prihvatljiv Mikrokateter 135cm - 150cm long, *veličine 2.6Fr?*

ОДГОВОР 2

Наручилац није у могућности да за партију 12 прихватимо Mikrokateter 135cm - 150cm long, veličine 2.6Fr због тога што нису практични код мале деце.
С обзиром на наведено за партију 12 у свему остајемо при техничкој спецификацији предметне набавке.

ПИТАЊЕ 3

Питање за партију 15. Low pressure balon kateteri za balon-valvuloplastiku dijametra 4-28mm

После питања заинтересованог понуђача од 22.12. сте прихватили и у тендерску документацију уврстили 10 нових димензија балона. Ова иста партија је била саставни део документације ЈН В 52/2017 која је завршена пре непуних месец дана. И тада је исти, заинтересовани понуђач понудио другачије димензије од захтеваних, али је одбијен уз логично објашњење да су неке

димензије балона неприхватљиве за употребу код деце - нпр. 23ммх60мм и 30ммх60мм (Ваш одговор у прилогу)

Како је могуће да после непуних месец дана ове димензије постану прихватљиве и саставни део тендерске документације ?

Такође, несхватљиво је да је из документације избачена величина дијаметра балона од 4мм, која је специфична за интервентну педијатријску кардиологију (па и у самом називу партије је наведена та димензија)

Уколико је до ових измена дошло због техничке грешке, молим да извршите корекцију тендерске документације.

ОДГОВОР 3

Услед техничке грешке која је учињена превидом самог назива партије 15 те је извршена измена димензија поменуте партије која није усклађу са називом наведене партије, те прихватамо сугестију потенцијалног понуђача и техничку спецификацију мењамо у складу са првобитно објављеном конкурсном документацијом предметне набавке што ће бити објављено у измени 2 конкурсне документације.

Овај одговор, као Измена 2 конкурсне документације ће бити објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

