

Поштовани,

Универзитетска децја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке, набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за стерилизацију Универзитетске децје клинике, ЈН број В-85/2017, објављену на Порталу јавних набавки 12.01.2018. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 1

Поштована,

У вези ЈН. В-85/2017 партија 2

Молимо вас да нам појасните,

1. На којим сувим стерилизаторима су уграђени бактерицидни филтри, вакуум пумпе и цилиндри за отварање врата (по нашим сазнањима на овим стерилизаторима не постоји ова опрема)
2. Сматрамо да би контрола температуре сувих стерилизатора: мерење температурног поља од стране акредитоване лабораторије била најцелисходнија, уместо калибрације пт сонде (били би боље да се изврши калибрација комплетног термо-регулатора у неком временском интервалу 2-3 године)

ОДГОВОР:


Поштовани,

одговоре на постављена питања даћемо Вам таксативно, редом којим сте их и поставили:

1. Уважавамо Вашу примедбу. На сувим стерилизаторима нема бактерицидних филтера, вакуум пумпе и цилиндара за отварање врата. Приликом састављања спецификације дошло је до штампарске грешке услед раздвајања спецификације на две партије (парна и сува стерилизација). Уместо бактерицидног филтера потребно је заменити дигитални термостат за одржавање температуре, уместо вакуум пумпе потребно је извршити сервис грејача за суви стерилизатор ST 01/02 произвођача Инструментарија Загреб а уместо цилиндра за отварање врата потребно је извршити сервис бравице за затварање врата за стерилизатор ST 05 произвођача Инструментарија Загреб.

У овом делу Конкурсну документацију ћемо изменити а измене објавити на Порталу јавних набавки и на нашој интернет страници.

2. Нећемо уважити Вашу сугестију. Остајемо при нашем захтеву из Конкурсне документације да је потребно извршити калибрацију РТ 100 температурних сонди у комори. Калибрација РТ 100 сонде подразумева контролу температуре на дисплеју са стварном температуром унутар сувог стерилизатора коју је понуђач дужан да изврши.



Слађана Јовановић
Заменик Члана комисије за јавну набавку