

Поштовани,
Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне набавке добра – **набавка душека за кревете и сталка за постављање седиментације за потребе Универзитетске дечје клинике**, ЈН број М-03/2018, објављену на Порталу јавних набавки 02.02.2018. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 1

Поштовани,

Молимо Вас за појашњење за јавну набавку број М-03/2018 за партију 1 душек за кревет.

Конкурсном документацијом тражено је језгро душека од тврде полиуретанске пене (ПУ) - 25кг/м³ и јуфлин 1цм, силиконизована влакана од непромочивог платна.

Као произвођач душека молимо за појашњење да ли треба душек од пене или јуфлина, јер није могуће јуфлин ако је потребан душек од пене. На који део душека треба ставити ууфлин ако је Вашој установи потребан душек од пене и непромочиве навлаке?

ОДГОВОР:

Поштовани,

Прихватамо вашу сугестију, те ће из спецификације бити избрисан захтев Јуфлин 1см: силиконизована влакна тврдо пресована.

Одговор, измена као и обавештење о продужењу рока ће бити објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

