

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке услуге – текуће поправке и техничко одржавање аспирационог програма Универзитетске дечје клинике, ЈН број В-05/2018, објављену на Порталу јавних набавки 06.03.2018. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 1

Поштовани,

Да ли сте у могућности да прецизирате о којим произвођачима и моделима апарата се ради у конкурсној документацији?


ОДГОВОР:

Поштовани,

кроз овај одговор дајемо Вам појашњење Конкурсне документације за предметни поступак јавне набавке. Навешћемо произвођача/е сваког апарата који је предмет одржавања а моделе нисмо у могућности да наведемо из разлога што се исти или избрисао са опреме или фали проспектна документација из које се то може са сигурношћу утврдити.

Произвођачи апарата су следећи:

1. Апарати за аспирацију – тип електрични: произвођачи „Draeger“, „Olympus“, „Fazzini“, „Gima“, „Medela“ и „Sa-Mi“
2. Апарати за аспирацију – тип вакуумски: произвођач „Draeger“
3. Апарати за аспирацију – тип бронхијални: „Draeger“ и „MediCOP“
4. Апарати за трајну дренажу – тип вакуумски: „Draeger“
5. Апарати за трајну дренажу – тип ејекторски: „Draeger“
6. Апарати за трајну дренажу – тип електрични: „Draeger“
7. Апарати за терапију кисеоником – тип „за боцу“: „Draeger“
8. Апарати за терапију кисеоником – тип „са прикључком у зид“: „Draeger“ и „MediCOP“
9. Инхалатори – тип компресорски: произвођачи „Omron“ и „Pari“
10. Инхалатори – тип ултравучни: „Draeger“


Душан Давидовић
Члан комисије за јавну набавку


Слађана Јовановић
Заменик Члана комисије за јавну набавку