

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке, набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање „NO“ апарату Универзитетске дечје клинике, ЈН број В-22/2018, објављену на Порталу јавних набавки 18.04.2018. године и на интернет страници наручиоца: [www.tirsova.rs](http://www.tirsova.rs). У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

## ПИТАЊЕ 1

Поводом Ваше Конкурсне документације Набавка услуге текуће поправке и техничко одржавање „NO“ апарату Универзитетске дечије клинике, број В-22/2018 указујемо на следеће:

- На страни 14 Конкурсне документације под тачком 9.3. „Захтев у погледу рока извршења услуге“, грешком је означен да се ради о рендген апарату, те у том смислу треба исправити Конкурсну документацију.
- На страни 25 Конкурсне документације под називом „Уређај за NO терапију PULMONOX MINI захтевају се тендерски услови, иако се овај уређај више не производи и постоји могућност да се за исти не могу набавити одговарајући делови и извршити уговорена поправка.
- Такође рокови за извршење поправке (стр. 14 Конк. документације) су условљавајући и нису прилагођени предмету услуге, посебно када се ради о поправци Уређаја PULMONOX MINI како је већ указано или у случају потребе да се поправка апарату врши код произвођача.
- Одредбе модела уговора које се односе на рокове поправке-извршења услуге, гаранције и пенала су тешко прихватљиве и требале би бити постављене тако да рокови теку од дана када понуђач прибави одговарајуће делове од произвођача, односно преузме уређај који је био на поправци код произвођача.

## ОДГОВОР:

Поштовани,

одговоре на постављена питања даћемо Вам таксативно, редом којим сте их и поставили:


- У делу Конкурсне документације у којем је наведен „рендген апарат“ дошло је до техничке грешке. У том делу Конкурсна документација биће измене а измене ће бити објављене на Порталу јавних набавки и на нашој интернет страници.
- Уређај за NO терапију PULMONOX MINI је саставни део Конкурсне документације, односно предмет одржавања. Иако је наведени апарат стар Наручиоцу је још увек неопходан услед недостатка ове опреме, те је стога предмет одржавања и Наручилац га не може избазити из Конкурсне документације за предметни поступак јавне набавке.



УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА  
Број: 017-\_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_  
Београд, Тиршова 10  
Е-Маил: klinika@udk.bg.ac.rs

3. Уважићемо Ваш захтев. Рок за извршење услуге редовног техничког одржавања убудуће ће бити не дужи од 7 (седам) дана од позива наручиоца, током трајања целог уговора а рок за извршење услуге поправке, односно отклањања квара не може бити дужи од 3 (три) месеца од дана пријаве квара до предаје исправног апарата наручиоцу док је понуђач у обавези да до поправке апарату који је предмет поправке Наручиоцу да на коришћење заменски „NO“ апарат.
4. Одредбе Модела уговора биће измене у складу са Одговором датим под тачком 3. Што се тиче захтева везаног за гарантни рок и ту ћемо уважити Вашу сугестију те ће исти убудуће бити не краћи од 6 (шест) месеци од дана извршења услуге.

У свим наведеним деловима Конкурсна документација биће измене ће бити објављене на Порталу јавних набавки и на нашој интернет страници.

  
Слађана Јовановић  
Заменик Члана комисије за јавну набавку