

Поштовани,

Универзитетска децја клиника у Београду спроводи поступак јавне набавке – остали уградни материјал за потребе Универзитетске децје клинике у отвореном поступку јавне набавке ЈН број В-35/2018, објављену на Порталу јавних набавки 01.06.2018. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговор на питање и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 1

Поштовани,

Поводом Вашег расписа за учешће у поступку јавне набавке број В-35/2018-Остали уградни материјал за потребе Универзитетске децје клинике, молимо Вас за следеће појашњење:

Обраћамо Вам се поводом уочених неправилности у састављању конкурсне документације предметне јавне набавке, конкретно у делу који се односи на уградни материјал у неурохирургији. Наиме, увидом у конкурсну документацију уочили смо да нигде нису наведена никаква дозвољена одступања у односу на тражене димензије и параметре добара.

Стриктно и детаљно наведеним димензијама и параметрима директно ограничавате конкуренцију и фаворизујете само једног понуђача што је противно члану 10. и члану 12. Закона о јавним набавкама.

Из овако формиране техничке спецификације евидентно је да желите да набавите производе за неурохирургију тачно одређеног произвођача, онемогућавајући конкурисање осталих понуђача, што није у складу са члановима: 10.-начело обезбеђивања конкуренције и 12.-начело једнакости понуђача Закона о јавним набавкама.

С обзиром да се ради о уградном материјалу који мора бити пријављен на РФЗО са бар кодом, а у циљу потврде ове тврдње извршили смо увид у РФЗО листу, након чега је потврђена наша наведена тврдња да постоји само један произвођач наведених димензија и параметара за уградни материјал у неурохирургији. Минималне разлике у димензијама нису од значаја за примену, те с тога стриктно тражене димензије и параметри уградног материјала не могу бити објективне потребе Наручиоца.

Сходно свему горе изнетом, молимо Вас за потврду колико је дозвољено одступање у предметној јавној набавци за партије 5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 15 и 16 у односу на тражене димензије и параметре добара у наведеним партијама.

Уколико Наручилац не поступи у складу са Законом о јавним набавкама и не омогући конкурс на тендеру нама и осталим Понуђачима обратићемо се Републичкој комисији за заштиту права понуђача.

ОДГОВОР:

Најлепше Вам се захваљујемо на уоченом пропусту у састављању документација за тендер за набавку уградног материјала за неурохирургију за УДК.

Партије 5,6,7,8 које се односе на валвуле иду без назначивања дијаметаран јер сматрамо да то заиста за наше пацијенте није од кључног значаја. У тим ставкама се наводи притисак отварања као кључни моменат.

Партија 9 се односи на сет са антибиотиком где нам је битно да кранијални катетер буде унутрашњег лумена најмање 1,4 мм и да поседује одговарајући правоугаони адаптор.

Партија 10 се односи на вентрикуларни катетер, такође нам је битно да буде најмањег унутрашњег дијаметра 1,4 мм и да поседује одговарајући правоугаони адаптор.

Партија 11 се односи на перитонеални катетер где нам је битно да буде унутрашњег дијаметра најмање 1 мм.

Партија 12 се односи на кардијални/атријални катетер где нам је битно да буде унутрашњих димензија најмање 0,7 мм (редуцирани тип).

Партија 13 се односи на катетер за екстерну дренажу, где нам је битно да буде унутрашњег лумена најмање 1,5 мм и да буде импрегниран антибиотцима.

Обзиром да су наши пацијенти искључиво деца код који је најчешћи разлог пласирања шантова хидроцефалус узрокован хеморагијом, инфекцијом, урођеном цистом мозга, који са собом носи висок ризик од хиперпротеинорахије логично је да је неопходно да постоји одговарајући лумен ових катетера (пре свега се односи на унутрашњи дијаметар), тако да су код нас веома значајна и минимална одступања од истог.

Тражени дијаметар је требао да се односи на унутрашњи дијаметар не мањи од наведеног. Због свега горе наведеног циљ нам није био да се фаворзије одговарајући произвођач већ да се смањи могућност компликација и последичних ревизија код наведених пацијената.

Везано за адаптор (граничник), такође смо имали лоше искуство са адапторима који су били у склопу изабраних кранијалних катетера који се били тешки за манипулацију при уградњи, често су катетери излазили из њих, а често су продужавали време трајања операције због неопходне фиксације истих.

Уважавајући Ваше примедбе кориговали смо предлог за набавку.

Још једном Вам се захваљујемо на уоченој неправилности и досадашњој коректној сарадњи са надом да ће убудуће та сарадња бити још боља.

ПИТАЊЕ 2

Поштовани,

На странама број 4 и 27 се разликују техничке спецификације . Молимо Вас да нам дате појашњење конкурсне документације.

ОДГОВОР 2

У питању је техничка грешка теће конкурсна документација у том делу бити измењена.

Овај одговор као и измена конкурсне докуменатције ће бити објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Члан комисије јавне набавке

