

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке добара – потрошни материјал за потребе Службе кардиологије за потребе Универзитетске дечје клинике, ЈН број В-55/2018, објављену на Порталу јавних набавки 01.10.2018. године и на интернет страници наручиоца: [www.tirsova.rs](http://www.tirsova.rs). У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

## ПИТАЊЕ 2

Поштовани,

Молимо вас за додатно појашњење конкурсне документације бр. В-55/18 за јавну набавку добара – Потрошни материјал за потребе Службе кардиологије за потребе универзитетске дечије клинике, и то:

- 1) за партију 2 – Introducer sheath 11 cm long:  
Да ли је за наручиоца прихватљив introducer sheath 11cm long, са жицом 0.035, Ј врх врличина 4Fr, 5Fr, 6Fr, 8Fr, 9Fr, 10Fr, а на 12cm величине 12Fr 14Fr?
- 2) за партију 4 – Diagnostic Guidewires – Smooth surface, Improved durability, PTFE coating  
Да ли су за наручиоца прихватљиве дијагностичке жице тражених техничких карактеристика, величине: 0.018, 0.021 и 0.035?


## ОДГОВОР:

Поштовани,

одговоре на постављена питања даћемо Вам таксативно, редом којим сте их и поставили:

- 1) За величине Introducer sheath-ова од 12Fr и 14Fr, могуће је понудити Introducer sheath дужине 12цм, с обзиром на то да се ради о дужини за веће уводнике, те нам је иста одговарајућа. Међутим, примећујемо да у Вашем питању не наводите величине од 7Fr, 11Fr и 13Fr, које су нам у нашем раду често потребне. Да би Ваша понуда била оцењена као прихватљива потребно је да понудите све величине Introducer sheath-ова, које су дефинисане у партији бр. 2 за предметни поступак јавне набавке.

- 2) Не можемо Вам дати скроз прецизан одговор с обзиром на то да у Вашем питању нисте јасно нагласили на које ставке из партије бр. 4 се исто односи. Наиме, у Конкурсној документацији за предметни поступак јавне набавке у оквиру партије бр. 4 дефинисано је 5 (пет) различитих врста жица. У ставкама бр. 1 и 2 дефинисане су величине жица 0.018, 0.021 и 0.025 а у ставкама бр. 3, 4 и 5 0.035. Све величине дефинисане у Конкурсној документацији у оквиру партије бр. 4 одговарају нашим специфичним потребама.



Проф. Др Војислав Парзановић  
Заменик председника комисије за јавну набавку