

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне набавке мале вредности, набавка добара – фрижидер за чување и складиштење еритроцитних компоненти за потребе трансфузиологије Универзитетске дечје клинике, ЈН број М-54/2018, објављену на Порталу јавних набавки 10.12.2018. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 2

Поштовани,

Поводом Јавне набавке за набавку фрижидера за чување еритроцитних компонента желимо да вам поставимо следеће питање:


Обзиром да је запремина фрижидера релативно мала, произвођач кога ми заступамо у свом програму има фрижидере чија је унутрашњост поликарбонатна а не INOX. Фрижидер има све остале карактеристике по захтеву. Носивост полица је 6*14,5кг и седма полица на дну 11кг, што чини укупан капацитет од 217 кеса од 450мл.

Да ли је овакав модел прихватљив?

ОДГОВОР:

Поштовани,

не можемо уважити Ваш захтев с обзиром на то да поликарбонатни фрижидер не задовољава захтеване услове. Остајемо про свему што смо дефинисали у Конкурсној документацији за предметни поступак јавне набавке.


Др Живко Будишин
Председник комисије за јавну набавку