

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке, набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање инфузионих и шприц пумпи за потребе Универзитетске дечје клинике, ЈН број В-80/2019, објављену на Порталу јавних набавки 23.01.2019. године, и на интернет страници наручиоца: [www.tirsova.rs](http://www.tirsova.rs). У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације и то:

## ПИТАЊЕ 2

Поштовани,

Молимо Вас за додатним појашњењима у вези са ЈН В-80/2018 за набавку услуге – текуће поправке и техничко одржавање инфузионих и шприц пумпи за потребе Универзитетске дечје клинике:


1. На страни број 4 конкурсне документације као процењена вредност партије број 4 наведен је износ до 500.000,00 динара (без ПДВ-а), док је на страни број 34, у обрасцу понуде наведено да је процењена вредност 200.00,00 динара. Молимо Вас за информацију која процењена вредност је исправна;
2. Такође, на страни 34. у оквиру обрасца понуде за партију 4 је наведено да се ова партија односи на услугу текућих поправки и техничког одржавања инфузионих и шприц пумпи произвођача „ВВraun“ при чему је као тип пумпе наведен „Перфусор“ док се у структури цене на истој страни у списку најчешћих резервних делова већина делова односи на други тип пумпе, тј. Инфузомат, при чему се ставке 3, 4, 5 и 9 не односе на резервне делове наведеног произвођача. Молимо Вас да списак најчешћих резервних делова исправите у складу са одговарајућим типом пумпи како би понуђач могао да понуди оно што је у складу са потребама ваше болнице и у складу са наведеним типом/типovima пумпи који ваша болница поседује.
3. Молимо Вас да уз понуду прихватите и комплетан сервис свих резервних делова предложен од стране произвођача, како би сервис наведеног типа пумпи био у потпуности „покривен“.


## ОДГОВОР:

Поштовани,

одговоре на постављена питања даћемо Вам таксативно, редом којим сте их и поставили:

1. на страни бр. 34 дошло је до техничке грешке. Исправна процењена вредност за партију бр. 4 (текуће поправке и техничко одржавање инфузионих и шприц пумпи произвођача „B Braun“) наведена је у Одлуци о покретању поступка и на страни бр. 4. Конкурсне документације и износи 500.000,00 динара (без ПДВ-а). У том делу Конкурсна документација биће измењена.
2. Хвала Вам на примедби. У списку резервних делова за партију бр. 4 приликом састављања спецификације дошло је до техничке грешке. Овим путем изменићемо овај део Конкурсне документације и убацити нову табелу која ће садржати списак релевантних резервних делова потребних за текуће поправке и техничко одржавање инфузионих и шприц пумпи произвођача „B Braun“ које Наручилац поседује а чији је тип наведен у табели у оквиру техничке спецификације.
3. Као што је наведено у тачки бр. 2 Конкурсна документација биће измењена у делу списка резервних делова, односно биће убачена нова табела са исправним списком резервних делова. За оцењивање и упоређивање понуда биће узете у обзир само цене резервних делова уписане у табелу, односно њихов збир и то тако што је исти део елемента критеријума „понуђена цена“. Поред захтеваног, у понуди можете доставити самоницијативно и списак цена свих резервних делова, односно комплетан ценовник али исти неће бити употребљен за оцењивање, упоређивање и рангирање понуда већ ће бити информативног карактера.

  
\_\_\_\_\_  
Слађана Јовановић  
Заменик члана комисије за јавну набавку

  
\_\_\_\_\_  
Јелена Луковић, дипл. екон.  
Члан комисије за јавну набавку