

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне набавке услуга – услуга текуће поправке и техничко одржавање аспирационог програма Универзитетске дечје клинике, по партијама, отвореном поступку јавне набавке ЈН број В-07/2019, објављену на Порталу јавних набавки 27.03.2019. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговор на питање и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 1

Поштовани,

ОДГОВОР:

- У обрасцу понуде нигде нисте предвидели сервисирање хируршких аспиратора, произвођача МЕДЕЛА, а по логици ствари наведени уређаји би требали бити сврстани у аспирациони програм Универзитетске дечје клинике. У Вашој установи на употреби се налазе следећи хируршки аспиратори произвођача МЕДЕЛА:
 - Хируршки аспиратор Model: **Dominant 50**, S/N 1046352- уређај није у гаранцији;
 - Хируршки аспиратор Model: **Basic**, S/N 1633586- уређај није у гаранцији;
 - Хируршки аспиратор Model: **Dominant Flex**, S/N 1709990- уређај је у гаранцији до 04.04.2019. године;
 - Хируршки аспиратор Model: **Dominant Flex**, S/N 1709995- уређај је у гаранцији до 04.04.2019. године.
 - Наше питање је да ли је овим тендером предвиђено одржавање свих аспирационих уређаја у Универзитетској дечјој клиници?
- Уколико је предвиђено одржавање свих аспирационих уређаја, обавештавамо Вас да образац понуде у том случају никако не може изгледати у форми у којој сте га дали. Медела аспиратори немају уљну вакуум пумпу, па самим тим се технолошки разликују у многоме од других произвођача (Гима, Драегер, Есцхманн итд.)

Обавештавамо Вас да је за моделе хируршких аспиратора произвођача МЕДЕЛА, Дента БП Пхарм д.о.о. овлашћени сервис за просторе републике Србије. Да једино наша компанија може да обезбеди оригиналне резервне делове и да поседујемо важећи уговор са произвођачем ових модела хируршких аспиратора. Такође, да је по спецификацији произвођача уређаја на овим аспираторима неопходна уградња оригиналних резервних делова, како би се могао гарантовати њихов исправан рад, односно рад у складу са ЦЕ знаком на основу којег је наведено медицинско средство и стављено у промет на основу решења Агенције за лекове и медицинска средства. Такође подсећамо да је и полиса осигурања која је предата АЛИМС-у важећа само ако се уређај одржава са оригиналним резервним деловима од стране сервисера који је обучен у тренинг центру произвођача, и за то поседује сертификат о обучености. И на крају подсећамо да се не ради о уређајима који су јако стари и за које не постоји овлашћени сервис. Сходно томе наше питање је:

- Да ли можете одржавање хируршких аспиратора model Dominant 50, Basic i Dominant Flex, произвођача Medela, да извојите као засебну целину односно партију у којој би се као додатни услов захтевало достављање сертификата о

обучености сервисера који је у радном односу код понуђача, што се доказује копијом уговора о раду и копијом сертификатом издатим на име сервисера, коју је издао произвођач или је сервисер ангажован по другом основу код понуђача, што се доказује актом о ангажовању сервисера и копијама сертификата издатим на име сервисера, које је издао произвођач?

ОДГОВОР:

Поштовани,

Набавка услуга – услуга текуће поправке и техничко одржавање аспирационог програма Универзитетске дечје клинике, по партијама, број 07/2019 није обухватила одржавање свих аспирационих уређаја у Универзитетској дечијој клиници.

Одржавање аспиратора који сте навели у вашем захтеву за појашњење биће обухваћен засебним поступком јавних набавки који ће бити спроведен од стране Универзитетске дечје клинике у наредном периоду.

Одговор на друго питање је садржан у претходном тексту одговора.

Овај одговор ће бити објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

