

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке добара – технички гасови и хелијум са услугом претакања као технички гас за потребе Универзитетске дечје клинике, ЈН број В-39/2019, објављену на Порталу јавних набавки 04.06.2019. године и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са Чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 3

Поштовани,

Као једини овлашћени сервисер медицинских уређаја произвођача Philips Healthcare на територији Републике Србије, Желимо вас информисати да свако сервисирање медицинских уређаја Philips (калибрације уређаја, замена резервних делова, допуњавање хелијума итд.) од стране неауторизованог сервиса може негативно утицати на произвођачке перформансе самог медицинског средства. Те у наведеном случају, произвођач Philips Healthcare и ми као овлашћени сервисни заступник не можемо гарантовати за исправност и сигурност рада уређаја, као и за квалитет и валидност добијених медицинских информација.

Напомињемо да, само поседовање сертификата као потврда о обучености сервисера није довољно за овлашћено и правилно сервисирање медицинске опреме Philips Healthcare. Ауторизовано сервисирање осим сертификата самог сервисера подразумева и приступ оригиналним техничким упутствима, приступ техничкој подршци произвођача Т2 и Т3, валидни IST сертификат, обавезне допунске обуке сервисера о изменама у животном циклусу модела уређаја, уградњу оригиналних резервних делова, имплементацију FCO (превентивним и корективним мерама за уклањање или превенирање уочених недостатака система у односу на тоталну популацију уређаја).

Као прилог захтева за додатним појашњењем достављамо вам изјаву произвођача Philips која потврђује наше наводе и доказ о ексклузивности ауторизованог сервиса на територији Републике Србије (генерална ауторизација произвођача Philips).

На основу свега наведеног молимо вас да за предметну јавну набавку, предвидите обавезу достављања, Овлашћења за учествовање у предметном поступку јавне набавке, издатог од стране произвођача опреме Philips.

ОДГОВОР:

Поштовани,

Конкурсна документација за предметни поступак јавне набавке биће убудуће подељена на 2 (две) партије што је детаљно објашњено кроз претходни одговор на питање за предметну јавну набавку, објављен на Порталу јавних набавки.



УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

Број: 017-_____

Датум: _____

Београд, Тиршова 10

Е-Маил: klinika@udk.bg.ac.rs

Услед наведеног детаљно смо размотрили Ваш захтев за додатним појашњењем те ћемо убудуће за партију бр. 2 (услуга претакања течног хелијума) као захтев у погледу додатног услова тражити Овлашћење произвођача опреме „Philips“ дато понуђачу којим потврђују да исти може вршити услугу претакања хелијума на њиховом апарату. Као што је наведено у Одговору на питање објављеном на Порталу јавних набавки 14.06.2019. године ради се о апарату за магнетну резонанцу произвођача „Philips“, модел „Achieva“.

Слађана Јовановић,
Заменик члана комисије за јавну набавку

Јелена Луковић, дипл. екон.
Члан комисије за јавну набавку