



УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Број: 017-117974
Датум: 23.08.2019.
Београд, Тиршова 10
Е-Маил: klinika@udk.bg.ac.rs

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке добара – материјал за лабораторије – гасне анализе за потребе Универзитетске дечје клинике, ЈН број В-41/2019, објављену на Порталу јавних набавки 24.07.2019. године и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са Чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 1

Поштовани,

Молимо Вас за појашњење/промену конкурсне документације за ЈН В-41/2019.

1. У спецификацији сте навели укупан број анализа који ћете радити, али нисте навели на колико анализатора. Иако према нашем сазнању поседујете три гасна анализатора, молимо Вас да потврдите број апарата на којима планирате да радите наведене анализе.
2. У прилогу бр. 1 конкурсне документације – СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА, навели сте у опису **116 кертрица по 300 анализа**, што представља укупно 34.800 анализа, (рок трајања кертрица када се инсталира у апарат је месец дана)

Имајућу у виду следеће три ствари:

а) да је овај опис направљен према моделу апарата и врсти набавке који сте до сада користили са једним добављачем дуги низ година, а да су гасни анализатори технолошки пуно напредовали у међувремену а потрошни материјал се производи у већим, економичнијим паковањима.

б) да је укупан број анализа 34.800, односно 11.800 по апарату годишње, односно 966 је број анализа који радите месечно у просеку по апарату

в) Обзиром да је основно начело јавних набавки ефикасност и економичност, као и равноправност свих понуђача

- Молимо Вас да промените опис у прилогу 1 у – кертрици са 300 анализа или већи за 34.800 анализа, тако да понуђачи могу понудити своје врсте кертрица а сходно Вашим потребама и бројем анализа.

ОДГОВОР:

Поштовани,

приликом састављања конкурсне документације за предметни поступак јавне набавке Наручилац је направио техничку грешку те је заборавио да наведе произвођача и модел апарат за гасне анализе који поседује.



УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

Број: 017- _____

Датум: _____


Београд, Тиршова 10

Е-Маил: klinika@udk.bg.ac.rs

Модел који понуђач поседује јесте „GEM PREMIER 4000“, произвођача „Instrumentation Laboratory“ из SAD. Наручилац поседује 3 (три) гасна анализатора.

Конкурсна документација биће измењена тако што ће бити наведен модел и произвођач апарата које Наручилац поседује а измене ће бити објављене на Порталу јавних набавки и на нашој интернет страници.

Како тренутно поседује горе наведени апарат за гасне анализе, Наручиоцу одговара дефинисани касетни кертриџ систем те у том делу остаје при свему дефинисаном у Конкурсној документацији за предметни поступак јавне набавке.



Јелена Луковић, дипл. екон.
Заменик члана комисије за јавну набавку