

Поштовани,

Универзитетска децја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке добара – остали уградни материјал за потребе Универзитетске децје клинике, ЈН број В-57/2019, објављену на Порталу јавних набавки 23.07.2019. године и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 2

Поштовани,

Овим путем Вам упућујемо додатно појашњење за јавну набавку Набавка добара – остали уградни материјал за потребе Универзитетске децје клинике, Број В-57/2019.

1. У партији 12, ставка 2 – Молимо да нам објасните зашто за ову ставку нису прихватљиви кертрици пуњења са по 6 клипсева, када се ради само о паковању које не утиче на квалитет процедуре нити на цену појединачног клипса по којој би се формирала укупна цена.

ОДГОВОР:

Поштовани,

у партији бр. 12, за ставку 2 нису прихватљиви кертрици са пуњењем са по 6 клипсева из разлога што је често код компликованијих оперативних процедура (лигације, холецистектомије, стенозе водова и трансплантације бубрега (сродне и кадаверичне)) потребно 9 (девет) клипсева како би се осигурала брзина и сигурност у раду као и безбедност наших пацијената. На основу нашег искуства, дешавало се да приликом рада са кертрицима од 6 клипсева, мора да се употреби додатно још 2-3 клипса и самим тим мора се утрошити време да би се отворио други кертриц од 6 клипсева који се парцијално искористи а где је време од пресудног значаја за пацијента. На тај начин долази и до увећаних и непотребних трошкова у раду и функционисању здравствене установе. Сматрамо да је ово још једна од разлика која може битно утицати на безбедност наших пацијената. На основу наших сазнања, дугогодишњег искуства, компетентности стручне комисије, као и расположиве литературе, Закона, прописа и правилника, тражене техничке карактеристике су обликоване у складу са нашим објективним потребама у условима реалне експлоатације производа у раду, као и у складу са делатношћу коју наша здравствена установа обавља. Наглашавамо да се ради о Здравственој установи која поштује Начело непрекидности здравствене заштите које се остварује укупном организацијом система здравствене заштите која мора бити усклађена по нивоима и функционално повезана, од примарног преко секундарног до терцијарног нивоа здравствене заштите и која пружа непрекидну здравствену заштиту становништву у најмлађем и најосетљивијем животном добу и да се предмет јавне набавке употребљава у операционим салама у раду са пацијентима упућеним у нашу установу.



УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

Број: 017-_____

Датум: _____

Београд, Тиршова 10

Е-Маил: klinika@udk.bg.ac.rs

Обзиром да је предмет јавне набавке и циљ јавне набавке, истовремено да се постигну значајне уштеде у трошењу буџетских средстава, као и да се обезбеди највећа могућа адекватна и квалитетна здравствена заштита и високо-квалитетна услуга превентиве, дијагностике, збрињавања и лечења наших најмлађих пацијената у оквиру истих, наручилац је формирао конкурсну документацију за наведене ставке у оквиру партије 12 у складу са својим реалним потребама а на основу минималних техничких карактеристика ради омогућавања што је веће могуће конкуренције и једнакости понуђача у складу са чланом 10. и 12. ЗЈН-а.

Проф. Др Сања Синђић Антуновић
Председник комисије за јавну набавку