

Поштовани,

Универзитетска децја клиника у Београду спроводи поступак јавне набавке - **текуће поправке и техничко одржавање уређаја за магнетну резонацу произвођача „Siemens“ и „Philips“, по партијама**, отвореном поступку јавне набавке ЈН број В-20/2020, објављену на Порталу јавних набавки 15.05.2020. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговор на питање и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 1

Поштовани,

анализом конкурсне документације за ЈН В-20/2020 установили смо да су нам потребна додатна појашњења за партију број 2.

ПИТАЊЕ 1:

1) Молимо наручиоца да предвиди обавезу достављања овлашћења издатог од стране произвођача опреме која је предмет сервиса, да је понуђач овлашћен да пружа услуге сервиса на територији Републике Србије, за опрему која је предмет набавке.

ОДГОВОР:

Чланом 10. став 2. ЗЈН прописано је да наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућити било било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.

Чланом 12. став 1. тачка 35 ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.

С тим у вези Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је у својим решењима усвајала захтеве за заштиту права у поступцима јавних набавки у којима је као услов захтевана ауторизација/овлашћење, што је била ситуација и у нашој установи у претходно спроведеним поступцима.

Из наведених разлога Наручилац ће **избрисати** и део услова у конкурсној документацији предметне набавке **за партију 2** који гласи: „Понуђач је дужан да уграђује оригиналне, нове и неупотребљаване резервне делове“, као доказ затевано је да „Понуђач је дужан да у својој понуди достави потврду издату од стране произвођача опреме која је предмет сервисирања да ће бити снабдеван оригиналним резервним деловима неопходним за обављање услуге сервисирања током целог периода трајања уговора и да ће ти резервни делови бити нови (неупотребљавани)“. Такође наведени услов ће бити избрисан и из разлога како сте и сами навели у вашим питањима констатацију да се ради о апарату Philips Achieva 1.5T који је веома стар, те је тешко доћи до оригиналних, нових и неупотребљених резервних делова, већ су ти делови често репарисани.

У циљу отварања конкуренције тако што нећемо постављати дискриминаторске услове у погледу услова, техничке спецификације и критеријума за предметну набавку, а све у циљу једнаког положаја свих понуђача, што је у складу са Законом о јавним набавкама.

Дакле, Наручилац **не прихвата предлог** да у конкурсну документацију предметне набавке унесе као услов обавезу достављања овлашћења издатог од стране произвођача опреме која је предмет сервиса, да је понуђач овлашћен да пружа услуге сервиса на територији Републике Србије, за опрему која је предмет набавке.

Такође у циљу отварања веће конкуренције и стварања једнаког положаја понуђача брише услов достављања потврде понуђача издату од стране произвођача опреме која је предмет сервисирања да уграђује оригиналне, нове и неупотребљаване резервне делове.

ПИТАЊЕ 2:

2) Да ли је за вас као наручиоца прихватљиво да рок за извршење услуга поправке, односно отклањања квара буде најдуже 15 (петнаест) дана од дана пријаве квара. Разлог због чега тражимо продужење рока за отклањање квара, је тај што је апарат Philips Achieva 1.5T веома стар и делови нису увек доступни, односно чекају се дуже него уобичајено па је стога потребно минимум 15 дана за отклањање квара.

ОДГОВОР:

Наручилац нажалост није у могућности да прихвати предлог, због специфичности установе као наручиоца у којој су брзина извршења услуге и отклањање квара од пресудног значаја за здравствену установу, те остаје при року (најдуже 7 дана од дана пријаве квара до предаје исправног апарата наручиоцу) наведеном у конкурсној документацији предмета набавке.


ПИТАЊЕ 3:


3) Поводом тачке 9.5 која дефинише рекламацију, желимо да вас питамо да ли је за вас као наручиоца прихватљиво да уколико се утврди неисправност резервног дела у гарантном року за отклањање недостатка уважите рок од 15 дана за замену резервног дела због процедура увоза и царинења које се морају испоштовати. Рок за отклањање недостатака у року од 48 часова је за нас као добављача неприхватљив.


ОДГОВОР:

Нажалост, не можемо прихватити Ваш захтев и остајемо при томе да уколико се утврди неисправност резервног дела у гарантном року за отклањање недостатка извршилац услуга, дужан је да исти отклони о свом трошку у року од највише 48 (четрдесетосам) часова од дана пријема писане рекламације наручиоца, имајући у виду да се ради о медицинској опреми која се користи у здравственој установи у којој се лече деца.

Овај одговор као и Измена конкурсне документације ће бити објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.


Заменик председника комисије
Јадранка Милиновић


Заменик члана комисије
Слађана Јовановић


Члан комисије
Биљана Симоновић