

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне набавке - текуће поправке и техничко одржавање уређаја за магнетну резонанцу произвођача „Siemens“ и „Philips“, по партијама, отвореном поступку јавне набавке ЈН број В-20/2020, објављену на Порталу јавних набавки 15.05.2020. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговор на питање и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

Поштовани,

ПИТАЊЕ 1: На страни 5 и 7 конкурсне документације наводи се захтев да понуђачи морају доставити изјаву произвођача да ће резервни делови бити нови и неупотребљавани. Молимо наручиоца да допуни захтев на следећи начин:..." или репарирани, са истоветном гаранцијом квалитета произвођача, и гарантним роком као нови делови". Напомињемо да су произвођачи са територије ЕУ дужни да рециклирају електронске компоненте. Такође молимо Наручиоца, да у складу са тим у табели Потрошни материјал и резервни делови потребни за пружање услуге сервисирања страна 28. конкурсне документације, дода колону за јединичну цену резервних делова уколико Наручилац има да врати дефектни резервни део Сиенс-овом сервису – јер постоје ниже цене у таквом случају, такозване цене у РЕП режиму где би Наручилац могао да бира да ли има дефектни резервни део да врати и коју би цену користио.

ОДГОВОР 1: Имајући у виду чињеницу коју наводите у Вашем питању да су произвођачи са територије Европске Уније дужни да рециклирају електронске компоненте, уважићемо Ваш захтев и у табелу техничке спецификације убацили колоне које ће обухватити цене репарабилних резервни делова и ускладити са методом пондерисања како је првобитној конкурсној документацији већ унето. Такође наручилац прихвата да допуни захтев како је наведено „или репарирани, са истоветном гаранцијом квалитета произвођача, и гарантним роком као нови делови“, а све то ће бити измењено у самој конкурсној документацији.

ПИТАЊЕ 2: Молимо Наручиоца да провери и у складу са тим измени конкурсну документацију на страни 26. конкурсне документације, јер је наведена табела за превентиван сервис апарата Артис Оне као и табелу са резервним деловима за партију 1, јер је предмет јавне набавке текуће поправке и техничко одржавање уређаја за магнетну резонанцу.

ОДГОВОР 2: Техничком грешком приликом израде конкурсне документације унета је погрешна спецификација за апарат "Artis One" (партија 1) који се односи на потпуно другу јавну набавку. Из наведеног разлога спецификација за поменути апарат ће бити избрисана.

ПИТАЊЕ 3: Молимо Наручиоца да у табели Потрошни материјал и резервни делови потребни за пружање услуге сервисирања изостави колоне 3,4 и 5 – број радних сати неопходних за замену резервног дела, јер није увек могуће прецизно одредити колико је времена потребно за замену појединачног резервног дела. Сервисне услуге се фактуришу у складу са реалним радним временом утрошеним на потенцијалну поправку, овереним рандим налогом од стране Наручиоца и цени радног сата.

ОДГОВОР 3: Уколико не можете унети прецизан број радних сати неопходних за спровођење одређене сервисне интервенције, потребно је да унесете оквиран број радних сати који ћете одредити на основу досадашњег искуства. Наиме захтев економско финансијске службе и управног тела Наручиоца које је задужено за потписивање документације за поступке јавних набавки Наручиоца, јесте да има увид у неопходан број радних сати како би се смањила могућност каснијег манипулисања кроз реализацију Уговора и омогућила већа доследност и контрола.

ПИТАЊЕ 4: На страни 14 наводи се захтев да је извршилац услуге обавезан да уграђује резервне делове других произвођача, уколико произвођач није у могућности да обезбеди своје оригиналне резервне делове. Молимо да се овај захтев изостави, јер овлашћени сервиси често нису у могућности да уграђују делове других произвођача.

ОДГОВОР 4: Прихвата се предлог те се из конкурсне документације **брише** део у којем „ је извршилац услуге обавезан да уграђује резервне делове других произвођача, уколико произвођач није у могућности да обезбеди своје оригиналне резервне делове“.


ПИТАЊА 5: Молимо да се рок за отклањање рекламација продужи на најмање 7 дана, јер уколико је потребна замена резервног дела који се увозе из иностранства није могуће то учинити у року од 48х .


ОДГОВОР 5:Нажалост наручилац није у могућности продужити рок за отклањање рекламације, те у том делу остајемо при року од 48 сати како је и захтевано конкурсном документацијом предметне набавке.


ПИТАЊЕ 6: Молимо Наручиоца да размотри и у складу са тим измени конкурсну документацију на начин да гаранти рок за предметне услуге и уграђене резервне делове не буде краћи од 6 месеци, односно да ли је прихватљива гаранција произвођача за резервне делове као валидна, такође молимо да се у складу са тим измени и услов важења банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року.

ОДГОВОР 6:Уважићемо Ваш захтев и изменити део Конкурсне документације који се односи на гарантни рок те ће исти убудуће гласити „Гарантни рок за предметне услуге и уграђене резервне делове мора бити најмање 6 (шест) месеци од дана извршења услуге.

Овај одговор, као и Измена конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за подношење понуда ће бити објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.


Заменик председника комисије
Јадранка Милиновић


Заменик члана комисије
Слађана Јовановић


Члан комисије
Биљана Симоновић