

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке добара – остали уградни материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, ЈН број В-33/2020, објављену на Порталу јавних набавки 09.06.2020. године и на интернет страници наручиоца: [www.tirsova.rs](http://www.tirsova.rs). У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

### ПИТАЊЕ 1

Поштована,

Молимо Вас за додатно појашњење/одговор за ЈН В-33/2020 – Набавка добара – Остали уградни материјал за потребе Универзитетске дечје клинике за партију 17 – Титанијумски клипсеви, ставка 2 – Титанијумски клипс, са лепљивом доњом површином кертрица: Да ли бисте прихватили паковање шаржера од 6. ком. на начин да крајња тражена количина остане непромењена, обзиом да мања количина у шаржеру нема утицај на начин употребе траженог добра?

### ОДГОВОР:

Поштовани,

не можемо уважити Ваш захтев. Наиме, у партији бр. 17 (титанијумски клипсеви) у ставци бр. 1 захтевано је паковање шаржера од 6 комада, тако да нам у конкретном случају не одговара да и у ставци бр. 2 добијемо исти број клипсева у паковању већ, с обзиром на хируршке интервенције које обављамо, у ставци бр. 2 мора бити 9 комада у паковању како смо у техничкој спецификацији и захтевали.



Проф. Др Сања Синђић Антуновић  
Председник комисије за јавну набавку