

Поштовани,

Универзитетска децја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке добара – потрошни материјал за потребе Службе за кардиологију Универзитетске децје клиникем, ЈН број В-39/2020, објављену на Порталу јавних набавки 10.06.2020. године и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 1

Поштовани,

Обраћамо вам се са питањем везаним за партију 20 – Гајдинг катетери. Наиме, у техничкој спецификацији партије наведена је и величина од 9Fr. Сходно томе да се наведена величина јако ретко користи у пракси, те да су се катетери величине 5Fr, 6Fr, 7Fr и 8Fr показали као адекватна замена горе споменутих катетерима од 9Fr, занима нас да ли ће бити прихваћена понуда која у себи не садржи величину од 9Fr.

ОДГОВОР:

Поштовани,

након разматрања Ваших навода одлучили смо да су оправдани, те ћемо из техничке спецификације за ставку бр. 2 партије бр. 20 (гајдинг катетери) избацити величину 9Fr. Измена Конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки и на нашој интернет страници.

Проф. Др Милан Ђукић
Заменик председника комисије

