

Поштовани,

Универзитетска децја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке добара – остали лабораторијски материјал за потребе Универзитетске децје клинике, ЈН број В-36/2020, објављену на Порталу јавних набавки 10.06.2020. године и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 2

На основу члана 63. става 2. Закона о јавним набавкама Републике Србије („Службени гласник Републике Србије број 124/12) као заинтересовано лице у поступку јавне набавке – Остали лабораторијски материјал за потребе Универзитетске децје клинике, у отвореном поступку обликована по партијама, ЈН В-36/2020, молимо за додатно појашњење конкурсне документације:

Да ли сте у партији број 47 – Трансфузиолошки реагенси 8, мислили на гел картице са инкорпорираним серунмима у гелу, које се састоје од 6 микропрувета, компатибилне за рад на опреми произвођача DiaMed GmbH коју наручилац поседује и користи у свакодневном раду?

Такође, да ли Sreening eritrociti S1+S2 (komplet 2x10ml) из партије број 46 – Трансфузиолошки реагенси 7, треба да буду компатибилни за рад на горе наведеној опреми коју Наручилац поседује у свом власништву?

ОДГОВОР:

Поштовани,

одговор на оба питања је потврдан, односно и добра из партије бр. 46 и добра из партије бр. 47 треба да буду компатибилна за рад на опреми произвођача „DiaMed GmbH“ с обзиром на то да ту опрему Наручилац поседује.



Др Ивана Јовановић
Заменик члана комисије