

Поштовани,

Универзитетска децја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке добара – потрошни материјал за потребе Службе за кардиологију Универзитетске децје клиникем, ЈН број В-39/2020, објављену на Порталу јавних набавки 10.06.2020. године и на интернет страници наручиоца: [www.tirsova.rs](http://www.tirsova.rs). У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

## ПИТАЊЕ 2

Поштовани,

Молимо вас за додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку потрошног материјала за потребе Службе за кардиологију, ЈН В-39/2020 а у вези техничке спецификације за партију 14 – Swan – Ganz Termodilution Balloon Catheter.

Да ли је за наручиоца прихватљив Swan – Ganz Termodilution Balloon Catheter величине 5, 7 и 7,5F?

## ОДГОВОР:

Поштовани,

јесте, за Наручиоца су прихватљиве величине Swan – Ganz Termodilution Balloon Catheter-а које у свом питању наводите. Убудуће ће услед наведеног захтеване величине бити 6fr и 7fr или 5fr и 7fr и 7,5fr.

У наведеном делу Конкурсна документација биће измењена а измене ће бити објављене на Порталу јавних набавки и на нашој интернет страници.

  
Проф. Др Милан Ђукић  
Заменик председника комисије за јавну набавку