

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке добара – медицинска и лабораторијска опрема (лабораторијски замрзивач за плазму и центрифуга) за потребе Универзитетске дечје клинике, ЈН број В-41/2020, објављену на Порталу јавних набавки 02.06.2020. године и на интернет страници наручиоца: [www.tirsova.rs](http://www.tirsova.rs). У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације и то:

## ПИТАЊЕ 2

Поштовани,

у Вашој јавној набавци ЈН В-41/2020, за партију 2 центрифуга, тражено је да буде укупно најмање 40 места за епрувете од 5мл.

С обзиром на значај Ваше установе и обим посла, да ли је прихватљиво да се тендерска документација измени тако да укупни број места по ротору буде минимално 68 места по ротору, за епрувете од 5мл?

## ОДГОВОР:

Поштовани,

Наручилац ће изменити Конкурсну документацију у наведеном делу тако да ће исти убудуће гласити „најмање 40 места за епрувете од 5мл“.

На овако дефинисан услов можете одговорити са Вашом понудом центрифуге.

У супротном, поступили бисмо супротно Члану 10. Закона о јавним набавкама сходно ком је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.

  
Др Ивана Јовановић  
Председник комисије за јавну набавку