

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, ЈН број В-47/2020, објављену на Порталу јавних набавки 30.06.2020. године и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 2

Поштоване,

1. Заштитни филтер за спирометар упакован је у пластичну кесицу. Да ли у истој кесици заједно са филтером за спирометар треба да буде упакована и штисаљка за нос?
Како би се спречио пренос инфекције са једног пацијента на другог коришћењем исте штисаљке за нос предлажемо наручиоцу да тражи да филтер за спирометар и штисаљка за нос буду заједно упаковани. Цена филтера и цена филтера са штисаљком за нос је иста тако да такав захтев не би утицао на буџет за партију 63.
2. Димензија филтера (Дијаметар: 100мм Дужина: 75мм) нема никаквог значаја са аспекта заштите спирометра од контаминације и унакрсног преноса инфекције. Карактеристика која утиче на контаминацију спирометра и унакрсни пренос инфекције је ефикасност филтрације вируса.
Да ли је за наручиоца прихватљив заштитни филтер за спирометар +/- 10% од тражене димензије (Дијаметар: 100мм Дужина: 75мм) а са бољом или истом ефикасношћу филтрације вируса?
Најљубазније молимо Наручиоца да дозволи да се понуде филтери +/-10% од тражене димензије (Дијаметар: 100мм Дужина: 75мм) и тиме омогући већем броју понуђача да учествују у јавној набавци.


ОДГОВОР:

Поштовани,

одговоре на постављена питања даћемо Вам таксативно, редом којим сте их и поставили:

1. Да би понуда била оцењена као прихватљива потребно је да понуђено добро испуњава све захтеване карактеристике из техничке спецификације за партију бр. 63. Уколико у паковању са спирометром буде и штисаљка за нос таква понуда биће оцењена као прихватљива али и уколико паковање не буде садржало штисаљку за нос сматраће се да понуда испуњава дефинисану спецификацију и понуда ће бити оцењена као прихватљива.

2. Не можемо уважити Ваш захтев и дозволити одступања од захтеваних димензија, јер филтери таквих димензија не би дихтовали на спирометар који поседује Универзитетска дечја клиника а исти је произвођача „Jeger“.



Јелена Луковић, дипл. екон.
Члан комисије за јавну набавку