

Поштовани,

Универзитетска децја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске децје клинике, ЈН број В-47/2020, објављену на Порталу јавних набавки 30.06.2020. године и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 4

Поштовани,

Обраћамо Вам се као потенцијални понуђач са захтевом за додатним појашњењем у ЈН В-47/2020 за набавку добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске децје клинике;

Партија 80 – Потрошни материјал за електрокаутер Bowa ARC – служба кардиохирургије

Став 2 – Вишекратна активна електрода, изолована, Ø 2,4мм или 4,0мм

Наше питање гласи: „На шта се односи пречник, да ли на осовину електроде или на радни део, уколико је електрода у облику лопте“?

ОДГОВОР:

Поштовани,

У партији бр. 80, ставка бр. 2, захтевани пречник електроде Ø 2,4mm или 4,0mm односи се на осовину електроде а радни део електроде је у облику шпатуле.


Др Ирена Вулићевић
Председник комисије за јавну набавку