

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, ЈН број В-47/2020, објављену на Порталу јавних набавки 30.06.2020. године и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 6

Партија 63.

Најљубазније молимо наручиоца да још једном размотри могућност да техничку карактеристику „Дијаметар: 100мм Дужина: 75мм“ дефинише са могућим одступањем +/-10% од тражене димензије.

Дефинисањем техничке карактеристике „Дијаметар: 100мм Дужина: 75мм +/-10%“ омогућићете већем броју понуђача да дају понуде за партију 63.

Техничка карактеристика „Дијаметар: 100мм Дужина: 75мм“ је спољашња димензија филтера.

Техничка карактеристика дијаметар стране која се поставља на спирометар и степен филтрације вируса и бактерија су пресудне у дефинисању компатибилности филтера са спирометром који установа користи и квалитета филтера.

Због свега напред наведеног још једном најљубазније молимо наручиоца да прихвати нашу сугестију.


ОДГОВОР:

Поштовани,

још једном смо размотрили Ваш захтев и одлучили да прихватимо дозвољено одступање за дијаметар у износу од +/-10% како бисмо поступили у складу са Чланом 10. ЗЈН.

Наручилац напомиње да је саставни део Конкурсне документације за предметни поступак јавне набавке Образац бр. 7 (Изјава о достављању узорак) те да ће Наручилац уколико буде сматрао да је неопходно искористити право и испробати узорак понуђеног добра.

У горе наведеном делу Конкурсна документација биће измењена а измене ће бити објављене на Порталу јавних набавки и на нашој интернет страници.


Проф. Др Марина Атанасковић-Марковић