

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Тиршовва 10, Београд

Универзитетска деchја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке, набавка добара – „Санитетски и медицински потрошни материјал, по партијама“, број набавке В-28/2014, објављен на порталу Управе за јавне набавке дана 29.12.2014. године, на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs и у Службеном гласнику Републике Србије. У складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2013) и одредбама Конкурсне документације достављамо вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊА:

„Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, обраћамо вам се са захтевом за додатно појашњење и измену конкурсне документације, за предметну јавну набавку, у погледу техничких карактеристика, конкретно за партију 20 – Сензори за пулсну оксиметрију за монитор Siemens и Drager.

Како нисте навели од ког материјала SpO2 сензор треба да буде наше питање је, да ли је потребно да захтевани сензори имају чичак траку?

Имајући у виду досадашње искуство наших клијената попут: Института за неонатологију, Института за здравствену заштиту мајке и детета, Клиничког центра Крагујевац и других, показало се да су сензори са чичак траком најпрактичнији, најбољи и најугоднији начин фиксације за пацијента који уједно омогућавају несметану промену места постављања сензора без губитка функције, и без додавања „фластера“ како би се фиксирао сензор на правилан начин. Још једна у низу предности сензора који поседују чичак траку је што је код пацијената који су едематозни, посебно неонатални, и поред правилног коришћења сензора тј. Промене места SpO2 сензора на maximum 4 сата, могућност стварања трагова на кожи од „улегнућа“ сензора је смањена на минимум.

Молимо Вас да уважите нашу сугестију с обзиром да бисте прихватањем исте омогућили обезбеђивање за Вашу реномирану установу квалитетнијег и ефикаснијег добра.“

ОДГОВОР:

Није неопходно, али наручилац ће прихватити и сензоре који имају чичак траку.

Одговор ће бити објављен на Порталу Управе за јавне набавке, portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца www.vet.tirsova.rs и сва заинтересована лица га могу преузети електронским путем.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Мр phi Гордана Козомара, заменик члана

Софија Куртовић, вмс, члан

Драгана Радмановић-Агатоновић, dipl.ess, заменик члана

Добрила Лукић, дипл.правник, члан