



OSNOVANA 1924

Univerzitetaska dečja klinika
University Children's Hospital Belgrade

01A-231/5
18.02.2016.

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне добара – санитарски и медицински материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, у отвореном поступку, ЈН број В-01/2016, објављену на Порталу јавних набавки 08.02.2016. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 3

Поштована,

Молим Вас да ми одговорите на питање везано за јн В-01/2016, Санитарски и медицински материјал, за партију бр. 10.

Питање:

Да ли ће се понуда сматрати прихватљивом уколико се понуде интродјусери од 4, 5 и 6 Fr, као што је тражено у техничкој спецификацији, али дужине за 4 Fr 5.5cm, а за 5 и 6 Fr дужине 7 cm (уместо тражених 7.5 cm), компатибилни са жицом .018” (жица 0.018” и игла 21G су саставни делови сета који су нуди)?

ОДГОВОР:

Поштовани,

уводници величине 4Fr а дужине 5,5cm и величине 5Fr и 6Fr а дужине 7cm за нас су прихватљиви. У том делу Конкурсна документација биће измењена а измене ће бити објављене на Порталу јавних набавки и на нашој интернет страници.

Међутим, величина жице од 0.018 нам није одговарајућа и у том делу остајемо при захтеву из Конкурсне документације, односно при томе да величина понуђене жице мора бити 0,021.

Члан комисије за јавну набавку
Проф. др. Милан Ђукић