



OSNOVANA 1924

Univerzitetaska dečja klinika

University Children's Hospital Belgrade

017-3082/6
28.12.2016

Поштовани,

Универзитетска деčја клиника у Београду спроводи поступак јавне добара – санитарски потрошни материјал за потребе службе кардиологије и потрошни материјал за потребе лабораторија Универзитетске деçје клинике, у отвореном поступку, ЈН број В-56/2016, објављену на Порталу јавних набавки 15.12.2016. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 4

Поштована,

Молим да ми одговорите на следеће питање а у вези са ЈН В-56/2016 – Санитарски потрошни материјал за потребе службе кардиологије и потрошни материјал за потребе лабораторија Универзитетске деçје клинике.

Партија бр. 4:

Да ли је за партију бр 4 – Multi Snare Catheter прихватљива минимална дужина snare катетера 90цм?

ОДГОВОР:

Поштовани,

у партији бр. 4 није нам прихватљива минимална дужина snare катетера од 90 цм. Наиме, због специфичности употребе мулти snare катетера и потребе да се увлачи кроз други катетер већег промера потребна нам је и одређена дужина која не сме да буде краћа од 100цм. На пример, ако је мулти snare катетер 90 цм, он не може да изађе кроз катетер дужине 100 цм да ухвати жицу или емболизирани материјал, а ми имамо доста дијагностичких и guiding катетера дужине 100 или 110цм. Сумарно, одговарају нам што дужи мулти snare катетер са минималном дужином преко 100 цм.

Проф. др Милан Ђукић
Председник комисије за јавну набавку