

Поштовани,

Универзитетска децја клиника у Београду спроводи поступак јавне набавке добара – **Набавка апарата за потребе кардиохирургије и гастроентерологије, обликована по партијама** у отвореном поступку јавне набавке ЈН број В-09/2017, објављену на Порталу јавних набавки 05.04.2017. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговор на питање и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊА:

Поштовани,

Након детаљне анализе конкурсне документације за ЈН 9/2017 - набавка апарата за потребе кардиохирургије и гастроентерологије постављамо Вам следећа питања:

Питање 1:

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се ставка: Тежина (укључујући В-држач) - 4,7kg-5,12kg. , измени да гласи:

Тежина (укључујући Б-држач) - 4,7кг-6,00кг.

Предметна корекција је минимална и не умањује функционалност већ има за циљ омогућавање учешћа већег броја понуђача.

Питање 2:

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се ставка: Димензије - 32,4cm x 31,8cm x 10,4cm. , измени да гласи:

Димензије - максимум 32,4cm x 34,0cm x 11,5cm.

Предметна корекција је минимална и не умањује функционалност већ има за циљ омогућавање учешћа већег броја понуђача.

Питање 3:

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се ставка: Екран - 30,73cm дијагонала LCD (12,1 inča) (NTSC или PAL) Екран осетљив на додир (Touch screen); 16,7М Колор - 256 сива скала; XGA резолуција (800x600), измени да гласи:

Екран - Minimum 30,48cm дијагонала ЛЦД (12 инча) (NTSC или PAL) Екран осетљив на додир (Touch screen); 16,7М Колор - 256 сива скала; XGA резолуција (800x600).

Предметна корекција је минимална и не умањује функционалност већ има за циљ омогућавање учешћа већег броја понуђача.

Питање 4:

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се ставка: Штампач - Sony UP-D897 измени да гласи:


Штампач - Sony UP-D897 или одговарајући термални штампач.

Предметна корекција је минимална и не умањује функционалност већ има за циљ омогућавање учешћа већег броја понуђача.

ОДГОВОР:

У постављеном захтеву за појашњење није наведено на које се партије односе постављена питања већ је наведен само назив набавке и број питања, те с тим у вези нисмо могли са сигурношћу утврдити на коју партију се питања односе, те смо након детаљнијег прегледа претпоставили да се питања односе на партију 1 и констатовали смо да потенцијални понуђач није пратио измене објављене 12.04.2017.г на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, те да су питања везана за неизмењену спецификацију односно конкурсну документацију те се на њих не може дати одговор јер је дошло до промене спецификације за партију 1 која је у складу са законом о јавним набавкама и објављена у законом предвиђеном року.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ'.