

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке услуге – текуће поправке и техничко одржавање рендген апарата Универзитетске дечје клинике, ЈН број В-30/2017, објављену на Порталу јавних набавки 12.06.2017. године, и на интернет страници наручиоца: [www.tirsova.rs](http://www.tirsova.rs). У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

#### **ПИТАЊЕ 1**

Поштовани,

У складу са чл. 63 ЗЈН, у наставку Вам достављамо захтев за додатно појашњење конкурсне документације за јн в-30/2017 – Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање рендген апарата Универзитетске дечје клинике-

#### Партија бр. 4

У обрасцу понуде тражите „II Редован – превентивни сервис – Инспекцијска процедура провера исправности – електробезбедности мерним биомедицинским уређајем а важећем лиценцом са издавањем писменог извештаја о истом“.

Молимо Вас да измените конкурсну документацију и наведете да потенцијални понуђачи морају поседовати калибрисани мерни биомедицински уређај за потребе сервисирања, у складу са ИЕС 60601,

Доказ:

- изјава о поседовању калибрисаног мерног биомедицинског уређаја за потребе сервисирања, у складу са ИЕС 60601 под пуном кривичном и материјалном одговорношћу,
- И писани примерак извештаја о тестирању апарата.
- важећи сертификат о калибрацији уређаја

#### **ОДГОВОР:**

Поштовани,

уважавамо Вашу сугестију. Конкурсну документацију изменићемо у том делу а измене објавити на Порталу јавних набавки и на нашој интернет страници.

  
Слађана Јовановић  
Заменик Члана комисије за јавну набавку