

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне набавке добара – „**Остали лабораторијски материјал**“ у отвореном поступку јавне набавке ЈН број В-60/2017, објављену на Порталу јавних набавки 03.11.2017. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговор на питање и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ БР. 1

Поштовани,

Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке понуђач доказује достављањем извештаја о бонитету за 2016.годину којим се доказује да је пословао са добитком. Како је фирма основана у марту 2017.године да ли је могуће да уместо БОН-а доставимо изјаву на меморандуму о датуму оснивања фирме као и извод о оснивању из АПР-а?

ОДГОВОР:

Поштовани можете доставити Извод о оснивању из АПР –а као доказ о оснивању као и да доставите изјаву дату на меморандум уместо извештаја о бонитету за 2016.годину којим се доказује да је пословао са добитком с обзиром да је фирма основана у марту 2017. године. Уз то је потребно доставити, како је и наведено у конкурсној документацији потврду Народне банке Србије о броју дана неликвидности у претходних шест месеци, рачунајући од дана објаве Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

ПИТАЊЕ: 2

Везано за ЈН В-60/2017, достављамо Вам следећа питања:

- Партија бр.17 - Да ли је прихватљиво понудити Мау Grunwald i Giemsu у паковању од 500мл у траженим количинама?

ОДГОВОР

С обзиром да је спецификација урађена у складу са потребама Наручиоца те тако није прихватљиво понудити Мау Grunwald i Giemsu у паковању од 500мл .

ПИТАЊЕ: 3

- Партија бр.37 - За ставку Парафинум солидум, да ли је прихватљиво понудити Парафин у плочама, паковање 4кг, укупно 8 паковања?

Наручилац није у могућности прихватити понуду Парафин у плочама, паковање 4кг, укупно 8 паковања с обзиром да би на такав начин била прекорачена укупна количина потребних добара за која Наручилац нема довољно финансијских средстава.

ПИТАЊЕ: 4

Молимо Вас да нам у складу са чланом 63 ЗЈН дате додатне информације или појашњења конкурсне документације у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара бр. ЈН В-60/2017 – Остали лабораторијски материјал, за партију бр. 27 – Епрувете за вађење крви.

- Да ли је за ставку бр. 8 потребно понудити стандардни држач са уграђеним луер адаптером, краћи?

ОДГОВОР

Поштовани претпостављамо да сте мислили на ставку 10 и 12 с обзиром да се из садржине питања може закључити да се пдноси на напред наведене ставке.

Да за ставку бр. 12 је потребно понудити стандардни држач са уграђеним луер адаптером, краћи?

- Да ли је за ставку бр. 6 потребно понудити иглу за узорковање крви 21Г са заштитом за иглу и држачем?

ОДГОВОР

Да за ставку 10 је потребно понудити иглу за узорковање крви 21Г са заштитом за иглу и држачем.

Одговор ће бити објављен на Порталу јавних набавки као и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Резулт

Ђавор Јурић

Симон