

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне набавке мале вредности, набавка добара – набавка душека за кревете и сталка за постављање седиментације за потребе Универзитетске дечје клинике, ЈН број М-03/2018, објављену на Порталу јавних набавки 02.02.2018. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 2

Поштовани,

Молимо Вас за појашњење за јавну набавку број М-03/2018 за партију 1 душек за кревет.

Конкурсном документацијом тражена је скидајућа навлака од непромочивог платна.

Обзиром да се ради о медицинској установи да ли тражена навлака од непромочивог платна треба да поседује карактеристике са којима би могла да одговори копришћењу у захтеваним условима болничке средине, а то значи да је навлака:

- водонепропусна, паропропусна (да не потпарује пацијента), да може да се искувава на 95 степени, да трпи стерилизацију 134 степена, односно да поседује сертификат независне акредитоване лабораторије,
- антиалергијска, антибактеријска, незапаљива, односно да поседује сертификате Oeko/tex 100 произвођача,
- да се може лако прати тј. одржавати дезифицијенсима

Такође обзиром да је скидајућа навлака да ли се мислили на навлаку са тространим рафешлусом који има заштиту?

Да ли је потребно да понуђени душеци поседују важеће сертификате произвођача ISO 13485, ISO 9001, 14001 и 18001?а

ОДГОВОР:

Поштовани,


одговоре на постављена питања даћемо Вам таксативно, редом којим сте их и поставили:

На страни бр. 36 Конкурсне документације за предметни поступак јавне набавке дефинисана је спецификација захтеваних душека. У истој је наведено како душеци морају имати скидајућу навлаку од непромочивог платна. Дакле, навлака мора бити непромочива, односно водонепропусна како ви то наводите и то је већ захтевано у спецификацији за предметни поступак јавне набавке.


Даље, скидајућа навлака мора бити и паропропусна, антиалергијска, антибактеријска и да је отпорна на дезинфицијенсе. Остале Ваше захтеве не можемо уважити јер сматрамо да нису од битног значаја за набавку предметних добара. У наведеном делу Конкурсна документација биће измењена а измене ће бити објављене на Порталу јавних набавки и на нашој интернет страници.

Такође, у спецификацији је наведено да навлака мора бити скидајућа а сам начин скидања Наручиоцу није од значаја, тако да није неопходно да навлака буде са тространим рајсфершлусом који има заштиту.

Није потребно да понуђени душеци поседују важеће сертификате произвођача ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 и ISO 18001.



Бранислав Бојковић, дипл. екон.
Члан комисије за јавну набавку



Јелена Луковић, дипл. екон.
Службеник за јавне набавке
Заменик члана комисије за јавну набавку