

Поштовани,

Универзитетска децја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке добара – електрохируршки генератор за потребе Универзитетске децје клинике, ЈН број В-02/2018, објављену на Порталу јавних набавки 02.03.2018. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 1

Поштовани,

Детаљном анализом конкурсне документације за Јавну набавку бр В-02/2018 набавка добара – Електрохируршки генератор за потребе Универзитетске децје клинике, установили смо да су нам потребне додатне информације и појашњења па Вас, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, благовремено, у предвиђеном року, молимо да нам одговорите на следећа питања:

Питање бр. 1:

У Прилогу 1 – Техничка спецификација са структуром цена стоји:

Неопходан прибор: једна ножна папучица са две педале, један монополарни држач електроде са каблом, пречника инструмента 4мм, једну монополарну электроду пречника 4 мм тип нож или ланцета, 5 ком неутралних самолепљивих подељених електрода, вишестратни кабл за неутралне електроде, једну биполарну пинцету дужине цца 195 мм, дужине активног дела електроде цца 8 мм, ширине цца 1 мм; један кабл за биполарну пинцету;

затим се поново наводи:

Уз апарат је потребно испоручити следећи аксесоар:


- Дупла ножна команда, кабл 4 м – 1 ком,
- Држач са два тастера и каблом, промера 2.4мм – 1 ком,
- Електроде, blade, 2.4мм – 5 ком,
- Неутрална електрода за једнократну употребу, подељена – 1 паковање
- Конекциони кабл за неутралнуелектроду за једнократну употребу – 1 ком
- Конекциони кабл за биполарну пинцету – 1 ком
- Пинцета, права 195мм – 1ком

Молимо Вас да нам потврдите да ли се наведено сматра истим и да је потребно да се испоручи само један комплет?

ОДГОВОР:

Поштовани,

кроз овај одговор дајемо Вам појашњење захтеваног у Конкурсној документацији за предметни поступак јавне набавке. Да, наведено се сматра истим и потребно је испоручити само један комплет. У доњем тексту у Прилогу 1 Конкурсне документације, односно у делу „Уз апарат је потребно испоручити следећи аксесоар“ детаљније су наведене карактеристике аксесоара који треба испоручити а сав аксесоар који је неопходан наведен је у делу „Неопходан прибор.“



Слађана Новаковић
Члан комисије за јавну набавку