

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке добара – општи потрошни материјал и потрошни материјал за општу хирургију и анестезију за потребе Универзитетске дечје клинике, ЈН број В-15/2018, објављену на Порталу јавних набавки 09.03.2018. године, и на интернет страници наручиоца: [www.tirsova.rs](http://www.tirsova.rs). У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

#### ПИТАЊЕ 5

Поштовати,

Обраћамо Вам се овим путем на основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама у вези са припремањем понуде за ЈН бр В-15/2018 и захтевом за додатним појашњењем конкурсне документације.

#### ПИТАЊЕ 1 – ПАРТИЈА БРОЈ 1 – Шприц и игле – ставка 16

У тендерској документацији је тражено

16. Инсулинске игле за пенкало „BD или еквивалентно“ величина N\*5mm

Молим вас за појашњења да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуди:

инсулинске игле за пенкало величине N\*4мм или N\*6мм, реномираног светског произвођача, поготово што сте те исте изглед овог произвођача у овој димензији имали и користили у вашој установи.

#### ПИТАЊЕ 2

У тендерској документацији је тражено за ставку 1, 2, 3

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1 | Špric sterilan, za insulin, sa navarenom iglom od 30 G I dužine 8 mm "BD ili ekvivalentno"<br>Podeoci na 1 IJ<br>Špric mora imati naziv proizvođača na sebi | 0.5 ml-100 IJ |
| 2 | Špric sterilan, za insulin, sa navarenom iglom od 30 G I dužine 8 mm "BD ili ekvivalentno"<br>Špric mora imati naziv proizvođača na sebi                    | 1 ml-100 IJ   |
| 3 | Špric sterilan, za insulin "BD ili ekvivalentno"<br>Špric mora imati naziv proizvođača na sebi  | 1 ml-100 IJ   |

Молимо вас за појашњење да ли је неопходно да на телу инсулинског шприца стоји назив произвођача. Наиме тело самог шприца од 0,5мл; и 1мл је јако мало и нема места да се испише назив произвођача. Та информација као и други детаљи пише на самом индивидуалном појединачном паковању.



Сама поступак лечења тј. Медицинска процедура не познаје потребу писања назива произвођача на самом телу шприца који је за једнократну употребу и који се по отварању и примени одмах баца – стога вас молимо да прихватите инсулинске шприцеве за ставку 1, 2 и 3 који немају на телу шприца одштапан назив произвођача

## ОДГОВОР

Поштовани,


одговоре на постављена питања даћемо Вам таксативно, редом којим сте их и поставили.

У партији бр. 1 (шприц и игле) у ставци бр. 16 (Игле инсулинске за пенкало) осим захтеване величине 5мм можемо прихватити и величину игле од 6мм јер нам та величина игле одговара. Не можемо уважити величину игле од 4мм јер иста не одговара нашим специфичним потребама. У наведеном делу Конкурсна документација биће измењена а измене ће бити објављене на Порталу јавних набавки и на нашој интернет страници.

У партији бр. 1 (шприц и игле) у ставкама бр. 1, 2 и 3 остајемо при захтеву да на шприцу мора стајати назив произвођача. Наиме, на овом захтеву Наручилац инсистира јер му то омогућава следљивост праћења материјала који је употребљен.

Такође, приликом дефинисања спецификације за ову партију Наручилац је извршио претходно испитивање тржишта и дошао до сазнања да на овако дефинисан технички захтев може да одговори више понуђача чиме је поступио у потпуности у складу са Чланом 10. ЗЈН.

Наиме, иако Наручилац има законску обавезу да на основу истог Члана ЗЈН у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију (не и апсолутну), он са друге стране сваки конкретни поступак јавне набавке спроводи у циљу задовољења својих објективних потреба а на основу Конкурсне документације којом дефинише захтеве који одговарају таквим потребама. Сходно томе, обавеза обезбеђења што је могуће веће конкуренције не може се тумачити на начин који подразумева обавезу наручиоца да сваком заинтересованом лицу омогући учешће у поступку јавне набавке, не водећи притом рачуна о сврси јавне набавке као ни о квалитету добара која су предмет исте.



Мр пхи. Бранислава Ребић  
Члан комисије за јавну набавку