

Поштовани,

Универзитетска децја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске децје клинике, ЈН број В-61/2018, објављену на Порталу јавних набавки 04.12.2018. године и на интернет страници наручиоца: [www.tirsova.rs](http://www.tirsova.rs). У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговоре на питања и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

### ПИТАЊЕ 1

Поштовани везано за јавну набавку Медицински технички материјал за потребе Универзитетске Децје Клинике бр. ЈН В-61-2018 обраћамо вам се са питањем за партију бр. 6 Сет црева за апарате за анестезију ставка 1.

Конкурсном документацијом је тражено црево растељиво до 2м. Понудили би смо црево које је растељиво до 2,4 м што представља његову максималну растељивост, док ви у клиничкој примени можете растегнути црево до дужине коју вама одговара односно 2м. Црево растељиве максималне дужине 2,4 м не ремет рад система и овакав начин спада у стандардну методу решавања настале ситуације.

Питање:

- да ли је прихватљиво понудити црево која је растељиво до 240 цм с тим да су сви остали параметри идентични?

### ОДГОВОР:

Поштовани,

уважићемо Вашу сугестију. Одговара нам црево које је растељиво до 2,4м и у том делу ћемо изменити Конкурсну документацију а измене ће бити објављене на Порталу јавних набавки и на нашој интернет страници. Такође, црева растељивости до 2м, као што је првобитно тражено у техничкој спецификацији, остају нам прихватљива. Све остале захтеване карактеристике из техничке спецификације такође морају бити испуњене како би Ваша понуда била оцењена као прихватљива.



гск Милица Павићевић  
Председник комисије за јавну набавку