



УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

Број: 017- 585/4
Датум: 29.03.2019
Београд, Тиршова 10
Е-Маил: klinika@udk.bg.ac.rs

Поштовани,

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи поступак јавне набавке добара – општи потрошни материјал и потрошни материјал за општу хирургију и анестезију за потребе Универзитетске дечје клинике у отвореном поступку јавне набавке ЈН број В-15/2019, објављену на Порталу јавних набавки 18.03.2019. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 И 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговор на питање и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 1

Поштовани,

Молимо тендерску комисију да потврди да ће за партију 29, ставку 2-армирани тубуси без балона, прихватити учешће и светских произвођача (Teleflex Medical Rusch) који производе армиране тубусе без балона у распону од 2,5мм-6,5 мм, што би у потпуности задовољило ваше потребе за малим величинама тубуса.

Тиме би сте омогућили учешће већег броја понуђача и испоштовали начело конкуренције, а све у складу са ЗЈН.

ОДГОВОР 1

Поштовани,

ПАРТИЈА 29

На основу члана 63. ЗЈН-а, молимо Вас да нам доставите разјашњење и извршите измену конкурсне документације која се односи на техничку спецификацију за партију 29 и то:

Увидом у дефинисану техничку спецификацију за партију 29, нисмо могли са сигурношћу да утврдимо да ли наручилац захтева добра од ПВЦ материјала или силиконизирани ПВЦ који пружа комодитет у раду, тако и већу сигурност за пацијента. Наведени захтев представља објективну потребу наручиоца јер је у логичкој вези са предметном јавном набавком да се омогући да за исти буџет наручилац обезбеди бољи материјал од дефинисаног имајући у виду да се за опредељена средства може остварити највећа вредност.

Зато Вас молимо да нам омогућите подношење одговарајуће понуде у смислу одредби члана 3. став 1. тачка 32.ЗЈН-а, и извршите измену конкурсне документације за партију 29.

ПАРТИЈА 29,

СТАВКА 1- Тубус ендотрахеални, ојачани „armirani“ са ниским притиском "low pressure cuff", орално-назално. Израђен од термосензибилног ПВЦ-а, прозиран, силиконизирано, "kaf" велике запремине и ниског притиска. Armatura је од нерђајућег челика, zakrivljenog oblika, jasne oznake cevi, priključak dostupan sa stajletom, označen vodeći balon, bez lateks-a. Sterilno pakovanje за једнократну употребу, size I.D. (2.5мм -10.0мм), size O.D.(4.2мм - 14.2мм). Ø cuff, доступно у опсегу од 8.0мм -32.0мм. Ne sadrži „DEHP“

СТАВКА 2- Тубус ендотрахеални, ојачани „армирани“ са ниским притиском "low pressure cuff", орално-назално. Израђен од термосензибилног ПВЦ-а, прозиран, силиконизирано. Арматура је од нерђајућег челика, закривљеног облика, јасне ознаке цеви, прикључак доступан са стајлетом, без латекс-а. Стерилно паковање за једнократну употребу, size I.D.(2.0мм - 10.0мм), size O.D.(3.5мм - 14.2мм). Ne sadrži „DEHP“

СТАВКА 3- Тубус ендотрахеални са ниским притиском "low pressure cuff", орално - назално. Израђен од термосензибилног ПВЦ-а, прозиран, силиконизирано, "kaf" велике запремине и ниског притиска. Рендгенска линија, јасне ознаке цеви, означен водећи балон и различите врсте ознака дубине интубације. Доступно са малом сондом и без латекса. Стерилно паковање за једнократну употребу, size I.D.(2.0мм -10.0мм) , size O.D.(3.0мм - 13.7мм). Ø cuff, доступно у опсегу од 7.0мм -32.0мм

СТАВКА 4-Тубус ендотрахеални са ниским притиском, орално - назално. Израђен од термосензибилног ПВЦ-а, прозиран, силиконизирано. Рендгенска линија, јасне ознаке цеви, различите врсте ознака дубине интубације, без латекса. Стерилно паковање за једнократну употребу, size I.D.(2.0мм -10.0мм) ,size O.D.(3.0мм - 13.7мм).Ø cuff, доступно у опсегу од 7.0мм -32.0мм, не садржи „DEHP“

СТАВКА 5- Уводник за тубус од флексибилне арматуре, обележен на сваком цм, доступан прав или са нагнутим врхом за лакшу интубацију, израђен од пластике која олакшава уметање и извлачење, за једнократну употребу. size I.D. (mm) 3.5 и 5.0мм, дужине доступне од 600мм, 800мм, 1000мм.

ОДГОВОР:

Поштовани

С обзиром да је дошло до техничке грешке приликом израде техничке спецификације за партију 29 прихвата се ваша сугестија, те ће спецификација за наведену партију бити измењена. Измена спецификације за партију 29 биће објављена у понедељак 01.4.2019. године као и обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

