

Поштовани,

Универзитетска децја клиника у Београду спроводи поступак јавне набавке услуге - текуће поправке и техничко одржавање ултразвук апарата произвођача (Siemens, Philips, General Electric, Toshiba) Универзитетске децје клинике, по партијама, отвореном поступку јавне набавке ЈН број В-34/2020, објављену на Порталу јавних набавки 08.06.2020. године, и на интернет страници наручиоца: www.tirsova.rs. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Конкурсне документације достављамо Вам одговор на питање и захваљујемо се на питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу документације, и то:

ПИТАЊЕ 1

Поштовани,

Анализом конкурсне документације за јавну набавку Текуће поправке и одржавање апарата за ултразвучни дијагностику ЈН В-34/2020 установили смо да су нам потребна додатна појашњења за партију број 2.

- 1) Молимо наручиоца да предвиди обавезу достављања овлашћења издатог од стране произвођача опреме која је предмет сервиса, да је понуђач овлашћен да пружа услуге сервиса на територији Републике Србије, за опрему која је предмет набавке.
- 2) Да ли је за вас као наручиоца прихватљиво да рок за одзив на сервисну интервенцију буде 24 часа од момента писане пријаве кvara?
- 3) Поводом тачке 9.4 тражени гарантни рок за услуге и резервне делове је 6 месеци, те вас стога молимо да направите измену конкурсне документације јер произвођач PHILIPS обезбеђује гарантни рок од 3 месеца на уграђене резервне делове, пренесена произвођачка гаранција.
- 4) Такође у тачки 9.4 стоји да је извршилац обавезан да уграђује оригиналне резервне делове произвођача, а ако то није могуће делове истог квалитета од других произвођача те вас стога молимо да направите измену јер произвођач PHILIPS испоручује искључиво оригиналне резервне делове и у том случају само једини и овлашћени сервис може сервисирати и уграђивати једино оригиналне резервне делове што се доказује ауторизацијом произвођача предметне опреме.
- 5) Поводом тачке 9.5 која дефинише рекламацију, желимо да вас питамо да ли је за вас као наручиоца прихватљиво да уколико се утврди неисправност резервног дела у гарантном року за отклањање недостатка уважите рок од 15 дана за замену резервног дела због процедура увоза и царинења које се морају испоштовати. Рок за отклањање недостатака у року од 48 часова је за нас као добављача неприхватљив.

ОДГОВОРИ

1. Чланом 10. став 2. ЗЈН прописано је да наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућити било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.

Чланом 12. став 1. тачка 35 ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.

С тим у вези Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је у својим решењима усвајала захтеве за заштиту права у поступцима јавних набавки у којима је као услов захтевана ауторизација/овлашћење, што је била ситуација и у нашој установи у претходно спроведеним поступцима. У циљу отварања конкуренције тако што нећемо постављати дискриминаторске услове у погледу услова, техничке спецификације и критеријума за предметну набавку, а све у циљу једнаког положаја свих понуђача, што је у складу са Законом о јавним набавкама.

Дакле, Наручилац **не прихвата предлог** да у конкурсну документацију предметне набавке унесе као услов обавезу достављања овлашћења издатог од стране произвођача опреме која је предмет сервиса, да је понуђач овлашћен да пружа услуге сервиса на територији Републике Србије, за опрему која је предмет набавке.

2. Прихвата се сугестије те ће у конкурсној документацији бити измењен рок за одзив на сервисну интервенцију те ће у измењеној конкурсној документацији бити 24 часа од момента писане пријаве кvara.

3. Прихвата се сугестија, конкурсна документација бити измењена у делу гарантног рока за партију 2, те ће гласити „**Гарантни рок на извршене услуге и уграђене делове:** не може бити краћи од 3 (три) месеца од дана извршења услуге“ што представља како сте навели пренесену произвођачку гаранцију.

4. На постављено питање наручилац је већ одговорио кроз појашњење у првом одговору, дакле чланом 10. став 2. ЗЈН прописано је да наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућити било било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.

Чланом 12. став 1. тачка 35 ЗЈН прописано је да је наручилац дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.


С тим у вези Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је у својим решењима усвајала захтеве за заштиту права у поступцима јавних набавки у којима је као услов захтевана ауторизација/овлашћење, што је била ситуација и у нашој установи у претходно спроведеним поступцима.

На начин на који смо описали поступамо омогућили смо већу конкуренцију уз обезбеђивање уградњу делове истог квалитета од других произвођача.


Из свега наведеног наручилац остаје при свему у конкурсној документацији у вези са постављеним питањем.

5. Нажалост, не можемо прихватити Ваш захтев и остајемо при томе да уколико се утврди неисправност резервног дела у гарантном року за отклањање недостатка извршилац услуга, дужан је да исти отклони о свом трошку у року од највише 48 (четрдесетосам) часова од дана пријема писане рекламације наручиоца, имајући у виду да се ради о медицинској опреми која се користи у здравственој установи у којој се лече деца.


Овај одговор као и Измена конкурсне документације ће бити објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.



Заменик председника комисије
Јадранка Милиновић



Заменик члана комисије
Слађана Јовановић



Члан комисије
Биљана Симоновић